

	Přístroj pro Nasal High- flow terapii – 1ks
--	--

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: *není požadována*

3. Maximální nabídková cena: *200.000,- Kč včetně DPH*

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): AIRVO 2 Nasal High Flow

	<i>Uchazečem nabízená hodnota</i>
Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
<i>(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)</i>	
1. Přístroj pro aplikaci směsi vzduchu a kyslíku vysokým průtokem prostřednictvím nosní kanyly, nebo tracheostomického adaptéru	splňuje
2. Integrovaný směšovač vzduchu a kyslíku	splňuje
3. Integrovaný zvlhčovač a ohřev vdechované směsi	splňuje
4. Integrované bezúdržbové O ₂ čidlo	splňuje
5. Barevný displej pro zobrazení nastavené teploty, průtoku a aktuální FiO ₂	splňuje
6. Režim pro dospělé a režim pro děti s omezeným průtokem a bezpečnostním SW zámkem	splňuje
7. Automatické hlídání dezinfekčních cyklů	splňuje
8. Nastavitelný průtok v rozmezí min. 2-60l/min	splňuje, 2-60l/min
9. Nastavitelná teplota směsi v rozmezí min. 32-37°C	splňuje, 30-37°C
10. Příslušenství: • Pojízdny stojan pro přístroj vč. košíku na příslušenství • Nosní kanyla velikosti M • Dýchací okruh včetně komory • Souprava pro dezinfekci	splňuje, součástí dodávky