



KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

1. Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Spisová značka: B 4420 vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
zastoupená: MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva
IČ/DIČ: 276 60 915 / CZ 276 60 915
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 249980999/0300
Telefon, email: +420 572 529 156, +420 606 761 090, valasek@nemuh.cz
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Valášek
dále jen „kupující“

2. EXRAY s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 209793
se sídlem: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
zastoupená: Janem Hamadejem, jednatelem
IČ/DIČ: 01647580 / CZ01647580
číslo účtu: 3291830349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
kontaktní osoby: Petr Hamadej, manažer pro realizace a servis
telefon, fax, e-mail: +420 313 513 811, info@exray.cz
dále jen „prodávající“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména pak podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Proávající prohlašuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou ve výši odpovídající min. polovině kupní ceny uvedené v čl. V. této smlouvy. Pojistnou smlouvu je prodávající povinen kdykoliv kupujícímu na jeho požádání předložit k nahlédnutí.
5. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a.s. – II. etapa“, jejímž zadavatelem je Kupující a která byla dne 17.5.2018 uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky Z2018-015604 (dále jen „Veřejná zakázka“).

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen „zboží“) včetně zajištění dopravy do místa plnění, instalace, montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD, dodání kopie prohlášení o shodě, případně CE certifikátu, příslušnou dokumentaci dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, úvodní instruktáž o správném používání zdravotnického prostředku dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, protokol o zaškolení obsluhy, záruční a dodací list, poskytování bezplatného záručního servisu a likvidace obalů a odpadů.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
3. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradištské nemocnici a. s.“ (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001470) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prodávající se zavazuje dodržet při naplňování této smlouvy veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží a jeho uvedením do provozu.
2. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží včas odebrat a zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
4. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží má vlastnosti a vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám, stejně jako požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Prodávající dále prohlašuje, že dodané zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží a jeho uvedení do provozu.

V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto:
Část 7 předmětu veřejné zakázky – RTG přístroje
Dodávka celkem bez DPH..... 5.912.700,- Kč
DPH 21% 1.241.667,- Kč
Cena celkem včetně DPH..... 7.154.367,- Kč
(slovy: sedmmilionůjedenstopadesátčtyřtisícetřistašedesátsedm korun českých)
2. Kupní cenou se rozumí cena dodaného zboží včetně obalu, dopravy do sídla kupujícího, instalace a uvedení do provozu, zaškolení personálu, návodu k použití a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených s realizací této kupní smlouvy.
3. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
4. Zálohy na platby nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí zboží.
5. Lhůta splatnosti faktury je 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho

přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu, číslo smlouvy dle kupujícího, název projektu - „Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradištské nemocnici a. s.“ a registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001470.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude některý údaj uvedený chybně, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb souvisejících s plněním této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

VI.

Termín a místo dodání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající je povinen dodat zboží na adresu sídla kupujícího uvedenou v čl. I této smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat zboží do 60 dnů od nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu.
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání zboží (např. atesty, prohlášení o shodě, manuály, návody v českém jazyce apod.), a to nejpozději v den a na místě dodání a převzetí zboží.
6. Prodávající je povinen dodat zboží způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
7. Předmět smlouvy se považuje za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu dnem podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
8. Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám kupujícího (*bude doplněno při podpisu smlouvy)
Jméno a příjmení, funkce:
E-mail:
Telefon:

VII.

Vady a záruka na zboží, podmínky záručního servisu

1. Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v příloze č. 1 této smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž je zboží určeno.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí nebo které se projeví v záruční době. Povinnost prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou dotčeny.
3. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady.
4. Smluvní strany se dohodly u předmětu veřejné zakázky na záruční době 24 měsíců. Pokud prodávající nabízí delší záruční dobu, než je uvedena v předchozí větě, platí délka záruční doby poskytnuta prodávajícím.

5. Běh záruční doby začíná plynout dnem uvedení zboží do provozu a podpisem Předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího a prodávajícího. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
6. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po celou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím uvedeným v příloze č. 1. Po záruční dobu zboží bude prodávající zajišťovat bezplatně pravidelné technické a bezpečnostní kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb., a to bez vyzvání.
7. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.
8. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.
9. Kupující bude vady oznamovat na (doplní prodávající):
E-mail: servis@exray.cz
Adresu: EXRAY s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
10. Záruční servis bude prováděn na základě Podmínek poskytování záručního servisu, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
11. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci nebo oznámí-li v této lhůtě, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
12. Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.
13. Proávající se zavazuje k dodávání náhradních dílů, příslušenství nutného pro provoz zboží a k poskytování servisní podpory minimálně 8 let od dodání zboží, a Kupující k úhradě příslušné ceny za dodávky či služby, nebude-li uvedené plnění poskytováno v rámci práv ze záruky. Toto ustanovení neupravuje pozáruční servis přístroje a zavazuje smluvní strany nezávisle na tom, zda byl pozáruční servis sjednán nebo ne.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího řádným předáním předmětu smlouvy kupujícímu. Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy. Dokladem o předání a převzetí předmětu smlouvy se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem kupujícího a prodávajícího.

IX. Sankce

1. Pro případ prodlení s termínem plnění uvedeným v článku VI. odst. 3 této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 0,2% z ceny zboží bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zboží bez DPH, která kupujícímu vznikla pozdním nástupem prodávajícího na odstranění reklamovaných závad v záruční lhůtě dle Podmínek poskytování záručního servisu, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a to za každý započatý den prodlení.

3. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zboží bez DPH, za ztrátu, která kupujícímu vznikla neodstraněním závad reklamovaných v záruční lhůtě ve lhůtách sjednaných v Podmínkách poskytování záručního servisu, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a to za každý započatý den prodlení.
4. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná celková kupní cena bez DPH.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.
4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, jehož obsah bude nejlépe odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní, a to dnem tohoto odmítnutí či znemožnění doručení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že kupující odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
8. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
9. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
10. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.
11. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 7 tohoto článku, nabývá tato smlouva účinnosti dnem tohoto uveřejnění.
13. Předávací protokol bude vyplněn při předání zboží.
14. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy
Příloha č. 2 – podmínky poskytování záručního servisu
Příloha č. 3 – předávací protokol

V Uherském Hradišti, dne:

V Novém Strašecí, dne: 10.8.2018

.....
Za kupujícího
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva
Uherskohradištská nemocnice a.s.

.....
Za prodávajícího
Jan Hamadej
jednatel
EXRAY s.r.o.

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu smlouvy

1. STACIONÁRNÍ SKIAGRAFICKÝ PŘÍSTROJ S PŘÍMOU DIGITALIZACÍ

Výrobce: Samsung Electronics

Model: GC70

1 ks

Dodávka, instalace a zprovoznění jednoho kusu nového kompletního rentgenového přístroje pro digitální skiografii se dvěma detektory. Detektor pro snímkování ve vertikálním podstavci – vertigrafu o velikosti min. 41X41cm s možností bezdrátového připojení nebo připojení pomocí kabelu. Detektor ve stole o velikosti min. 35X41cm musí mít bezdrátové připojení s možností připojení kabelu, tak aby bylo možné provádět snímky i na volný detektor (snímky na lůžku). Přístroj bude dále vybaven zařízením pro měření dávky dle Atomového zákona. Zajištěna kompatibilita detektorů se souběžně dodávaným mobilním skiagrafickým přístrojem s přímou digitalizací.

Stropní závěs:

- Teleskopický stropní závěs RTG trubice s motorizovaným pohybem – ano, splňuje s rozsahem pohybu min. 400 cm v podélném směru – ano, splňuje; 400 cm a min. 250 cm příčném směru – ano, splňuje; 300 cm
- Vertikální pojezd rentgenky – min. 160 cm. – ano, splňuje; 180 cm
- Systém musí umožňovat automatické následování pohybu detektoru rentgenkou (tracking), a to jak ve vyšetřovacím stole, tak i u vertigrafu. – ano, splňuje
- Systém musí umožňovat automatické krokové snímkování a pohyb rentgenky a detektoru při snímkování dlouhých struktur u vertigrafu i na vyšetřovacím stole. – ano, splňuje
- Možnost nastavení min. vzdálenosti horizontálního paprsku od země ve vzdálenosti max. 40 cm. – ano, splňuje; 40 cm

Stacionární elevační vyšetřovací stůl:

- Plovoucí deska o rozměrech min. 220 x 75 cm. – ano, splňuje; 220 x 81 cm
- Rozsah vertikálního pohybu stolu min. 25 cm s nejnižší pozicí stolu max. 60 cm od podlahy. – ano, splňuje; 28,5 cm / 56,5 cm
- Detektor ve stole musí být pohyblivý a v kombinaci s plovoucí deskou musí být pokrytí pacienta v příčné ose minimálně 50 cm a v podélné ose minimálně 140 cm. – ano, splňuje; 68 cm / 172 cm
- Vertikální pohyb musí být motorizovaný s nožním ovládáním elevace a aretace, nosnost stolu min. 250 kg. – ano, splňuje; 300 kg
- Min. 3 měřicí pole pro AEC. – ano, splňuje

Vertigraf:

- Stativ umožňujícím motorizované i manuální výškové nastavení a naklápění jednotky detektoru v rozsahu minimálně - 20° až 90° (pro snímkování horizontálních projekcí jako vertigraf i svislých projekcí u pojízdného vozíku pro imobilní pacienty). – ano, splňuje; -30° až +90°
- Vertikální motorizovaný pohyb detektoru v rozsahu min. 120 cm. – ano, splňuje; 143 cm
- Min. 3 měřicí pole pro AEC. – ano, splňuje

Soustava rentgenky a kolimátoru:

- Rentgenka se 2 ohnisky o velikosti 0,6mm a 1,3mm (nebo 1,2) a vysokorychlostní rotační anodou s rychlostí min. 8000 otáček za minutu. – ano, splňuje; 0.6/1.2 mm - 10000 ot./min.
- Kolimátor s displayem umožňujícím kontrolu a změnu expozičních parametrů příp. náhled snímků. – ano, splňuje
- Rentgenka s tepelnou kapacitou anody min. 300 kHU a celkovou tepelnou kapacitou min. 1,5 MHU. – ano, splňuje; 600 kHU / 2MHU
- Kontrolovaný tepelný výkon a ochrana proti přetížení. – ano, splňuje
- Soustava rentgenky a kolimátoru dále musí být schopna:
 - automaticky zobrazovat a udržovat stálou ohniskovou vzdálenost vůči detektoru (SID) – ano, splňuje
 - umožňovat automatickou i manuální kolimaci primárního svazku – ano, splňuje
 - automaticky udržovat pozici detektor-rentgenka (Autotracking) – ano, splňuje

Generátor:

- Generátor s výkonem min. 65 kW s rozsahem napětí cca 40 – 150 kV, maximální dosažitelnou hodnotou proudu min. 800 mA a rozsahem elektrického množství alespoň 0,5 – 600 mAs. – ano, splňuje; 82 kW / 40-150 kV / 1000 mA / 0.1 – 630 mAs
- Generátor musí umožňovat jednotlivé nastavení parametrů a expozičních hodnot pomocí přednastavených anatomických programů – minimálně 50 programů. – ano, splňuje; > 1000

Detektory:

- Přípustná technologie digitálních detektorů Csl. – ano, splňuje
- Detektor ve stole s kabelovým i bezdrátovým připojením umožňující práci ve stole i mimo stůl o velikosti min. 35x41cm – ano, splňuje; 35x43 cm
- Detektor ve vertigrafu s rozměrem min. 41x41 cm s možností bezdrátového připojení nebo připojení pomocí kabelu. – ano, splňuje; 43x43 cm
- Rozlišení min. 2 000 x 2 000 pixelů, velikost pixelu max. 200 μm, bitová hloubka min. 14 bitů. – ano, splňuje; 2466 x 3040
- Rozsah pracovních podmínek musí splňovat u vlhkosti 30-75% a teploty 15-30 °C. Při potřebě kontinuálního udržování specifických pracovních podmínek detektorů musí být součástí dodávky klimatizační jednotka. – ano, splňuje
- Detektor musí disponovat dokovací stanicí pro dobíjení a ukládání. – ano, splňuje
- V případě bateriového napájení musí být kapacita baterie dostatečná nejméně pro 70 projekcí bez nabití a musí disponovat nabíječkou baterií a min. jednou baterií záložní. – ano, splňuje; 160 projekcí

Pracovní – akviziční stanice:

- LCD monitor pro práci a náhled snímků s úhlopříčkou min. 19". – ano, splňuje; 23" LCD
- Ovládací SW s plnou podporou DICOM 3.0 v alespoň rozsahu – Export/Storage, Print, Modality Worklist, MPPS. – ano, splňuje
- SW obsahující základní nástroje pro úpravu obrazu, jako ořez, rotace, překlopení, zvětšení, anotaci a nástroje pro úpravu obrazu v DICOM křivce – světelnost, kontrast, ostrost. – ano, splňuje
- Stanice musí obsahovat SW s přednastavenými hodnotami pro postprocessing obrazu jednotlivých anatomických struktur a protokoly s expozičními a projekčními parametry jednotlivých vyšetření s možností úprav. – ano, splňuje
- Informace o aplikované dávce budou součástí DICOM výstupu. – ano, splňuje
- Rychlost zobrazení náhledu snímků na monitoru akviziční stanice po expozici – max. 5s. – ano, splňuje; 2 sec.

Příslušenství:

- Mobilní podstavec pro uchycení a manipulaci s volným detektorem. – ano, splňuje
- Rastr pro snímkování pacientů na lůžku, pokud detektory nedisponují technologií virtuální mřížky. – ano, splňuje; virtuální mřížka
- Druhý ovládací monitor s dotykovou obrazovkou do snímkovny nebo možnost zobrazení ev. nastavení parametrů na stropním závěsu. – ano, splňuje; na dotykovém displeji stropního závěsu



2. MOBILNÍ SKIAGRAFICKÝ PŘÍSTROJ S PŘÍMOU DIGITALIZACÍ

Výrobce: Samsung Electronics

Model: GM85/F

1 ks

Dodávka, instalace a zprovoznění jednoho kusu nového mobilního plně motorizovaného RTG přístroje s přímou digitalizací s bezdrátovým plochým detektorem. Detektor je kompatibilní se souběžně dodávaným stacionárním skiagrafickým přístrojem s přímou digitalizací.

Parametry:

- Výkonný, bateriový motoricky pojezdový RTG přístroj s plochým detektorem obrazu pro použití v intenzivní péči. – ano, splňuje

Kompaktní konstrukce:

- bateriový RTG přístroj s motorizovaným pojezdem vpřed i vzad – ano, splňuje
- vyvážené rameno s rtg zářičem – ano, splňuje
- maximální výška ohniska nad zemí min. 200 cm – ano, splňuje; 203 cm
- možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu min. $\pm 270^\circ$ – ano, splňuje; $\pm 315^\circ$
- váha přístroje max. 600 kg – ano, splňuje; 349 kg
- náhled obrazu při WLAN za max. 6 s, plný obraz za max. 20 s, automatické uložení snímku do PACS – ano, splňuje; 2 sec / 7 sec.
- kapacita obrazové paměti min. 3000 obr. – ano, splňuje; 25000 obr.
- přednastavené anatomické protokoly včetně dětských – ano, splňuje
- nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o vel. min. 15", náhledový displej musí být součástí přístroje – ano, splňuje; 21,5" dotykový LCD
- musí umožnit uložení vlastních anatomických protokolů – ano, splňuje
- musí umožňovat základní úpravy snímku (rotace 90° , převrácení, jas, kontrast, vkládání R, L) – ano, splňuje
- Ovládací SW s plnou podporou DICOM 3.0 v alespoň rozsahu – Export/Storage, Print, Modality Worklist, MPPS – ano, splňuje
- Bezdrátové připojení přístroje WI-FI – ano, splňuje

RTG generátor a rentgenka:

- mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor – ano, splňuje
- výkon generátoru minimálně 30 kW – ano, splňuje; 32 kW
- kV nastavitelné v rozsahu od cca 50 do 125kV – ano, splňuje; 40 – 150 kV
- proud 50 – 300 mA – ano, splňuje; 10 – 500 mA
- mAs nastavitelné 1 až 320 mAs – ano, splňuje; 0.1 – 500 mAs
- nejkratší expoziční čas min. 4 ms – ano, splňuje; 1 ms
- rtg zářič s rotační anodou – ano, splňuje
- tepelná kapacita anody min. 140 kHU – ano, splňuje; 300 kHU
- ohnisko max. 0,7/1,3mm – ano, splňuje; 0.6 / 1.2 mm
- integrovaná hloubková clona otočná $\pm 90^\circ$, se světelným zaměřovačem pole – ano, splňuje
- integrovaný DAP metr s odesláním dávky na PACS – ano, splňuje



Plochý detektor – bezdrátový

- velikost umožňující snímkování i v oblasti celého břicha či hrudníku, nejmenší předpokládaný rozměr 35x43 nebo 41x41 cm, velikost pixelu max. 200 um umožňující použití sekundární mřížky – ano, splňuje; 35 x 43 cm
- min. počet snímků na jedno nabití 50 – ano, splňuje; 160 snímků

Příslušenství:

- napájecí kabel s automatickým navíjením – ano, splňuje
- jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem – ano, splňuje
- možnost dálkového ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhujícího personálu před zářením o rozsahu min. 5m – ano, splňuje; 10 m
- sekundární mřížka – ano, splňuje; virtuální

Příloha č. 2: Podmínky poskytování záručního servisu

1. **Servisem** se v souladu s ust. § 64 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon o ZP) rozumí provádění **bezpečnostně technických kontrol** (dále jen BTK) zdravotnického prostředku (dále jen ZP) a **oprav** ZP, a to v souladu s pokyny výrobce ZP a obecně závaznými právními předpisy.
2. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):

EXRAY s.r.o.

sídlo: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 01647580, DIČ: CZ01647580

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209793

zastoupená Janem Hamaděm, jednatelem

V případě, že záruční servis neprovádí prodávající, je třeba přiložit buď písemné potvrzení autorizované servisní společnosti, nebo kopii smlouvy s touto servisní společností a prohlášení této společnosti o splnění podmínek bodu 3.

3. Proávající čestně prohlašuje, že:
 - je registrován jako osoba provádějící servis § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, (oznamovací, resp. ohlašovací povinnost),
 - instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

4. BTK

Prodávající se zavazuje zajistit BTK ZP následujícím způsobem:

- a. Časový interval periodických kontrol je **12 měsíců**, pokud výrobce nestanovil jinak.
- b. **Po dobu záruky** zajišťuje BTK na své náklady prodávající.

5. Opravy

Prodávající se zavazuje zajistit opravu ZP následujícím způsobem:

- a. Doba od nahlášení závady k zahájení opravy 24 hodin.
- b. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení 2 dny.
- c. **Po dobu záruky** hradí veškeré náklady spojené s opravou ZP (práci, materiál, náhradní díly, dopravní a cestovní náklady) prodávající.

6. Veškeré vady ZP bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.

7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy, zajistit přesný popis závady před nástupem na provedení opravy a zajistit možnost převzetí zásilky s náhradním ZP, nebo náhradním dílem v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy.

V Novém Strašecí dne 10.8.2018

V Uherském Hradišti dne

.....

Jan Hamadej,
jednatel
Exray s.r.o.

.....

MUDr. Petr Sládek,
ředitel a místopředseda představenstva
Uherskohradištská nemocnice a.s.

Předávací protokol

Prodávající IČ: DIČ: Sídlo: tel: email:	Kupující IČ: DIČ: Sídlo: tel: email:
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo dodání: Adresa (vč. označení pavilonu/budovy)

Prodávající potvrzuje, že zdravotnické prostředky (dále také jen „zboží“), tak jak jsou uvedeny níže, byly dodány a nainstalovány a uvedeny do provozu v souladu s Kupní smlouvou č. ze dne (dále jen „Kupní smlouva“).

Zboží bylo dodáno vč. všech požadovaných dokumentů uvedených v Seznamu dokumentace tohoto protokolu.

Kupující podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že předávané zboží je nové, kompletní a odpovídá popisu předmětu prodeje dle Kupní smlouvy. Na předaném zboží byly provedeny veškeré testy nezbytné k zajištění spolehlivého a trvale bezpečného provozu.

Seznam předaného zboží:

Označení zboží v Kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce, výrobní číslo

Seznam předaného příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Seznam předané dokumentace:

- návod k použití v českém jazyce
- prohlášení o shodě v českém jazyce

Servis (tzn. provádění odborné údržby vč. realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol a elektrických kontrol, provádění oprav) zdravotnických prostředků dle zák. č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu sjednané záruční doby firmou

Zaškolení obsluhy (tj. personálu kupujícího) se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zák. č. 268/2014 Sb.

Zboží předal:

datum:
podpis:

Zboží převzal:

datum:
podpis:

Příloha předávacího protokolu: Doklad o zaškolení od prodávajícího na provádění servisních služeb (kopie)

Nepodléhá zveřejnění dle § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.