

Vystavil:

Tel:

Fax:

E-mail:

Vystaveno: 20.9.2018

Akceptováno: 11.10.2018

Dodavatel IČO: 48586366

DIČ:CZ

AMEDIS, s.r.o.

Bobkova 786,787

198 00 Praha 9

Objednávka č.: 3361863/18

(číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech)

Objednáváme u Vás:

Dodejte na adresu:

OZT - FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veřejné zakázky:

VZ0055458

Ev.č. smlouvy ze dne:

Druh objednávaného zboží / služby	Typové Označení	Inventurní číslo NIPEZ	Vyrobní číslo NIPEZ	Celková cena s DPH (Kč)
Přístroj: Urychlovač lineární	CLINAC 2100 C/D	20416	3208	
Popis: V noci mezi 10.-11.9.2018 došlo zřejmě vlivem vyššího tlaku v potrubí k vyražení zátky v místnosti chladičů a podlažními šachtami k masivnímu úniku vody mimo jiné do prostoru ozařoven. Do vypnutí přívodu voda vystoupala až na úroveň podlahy a zatopila díly umístěné pod podlahou, tedy motory pro otáčení stolu s potenciometry pro odečet polohy, motor pro ovládání zdvihu kruhového podlažního bloku, některé kabely a konektory. Je tedy nutné zaplavené motory co nejdříve vyměnit. Viz cenová nabídka č.N21800281				
<i>Kontaktní osoba (odd):</i>	<i>Linka:</i>	<i>Umístění:</i>	NIPEZ: 50421000-2	
Přístroj: Urychlovač lineární s	Clinac 600C/D	22641	1143	
jednou energií X + přísl. Popis: V noci mezi 10.-11.9.2018 došlo zřejmě vlivem vyššího tlaku v potrubí k vyražení zátky v místnosti chladičů a podlažními šachtami k masivnímu úniku vody mimo jiné do prostoru ozařoven. Do vypnutí přívodu voda vystoupala až na úroveň podlahy a zatopila díly umístěné pod podlahou, tedy motory pro otáčení stolu s potenciometry pro odečet polohy, motor pro ovládání zdvihu kruhového podlažního bloku, některé kabely a konektory. Je tedy nutné zaplavené motory co nejdříve vyměnit. Viz cenová nabídka č.N21800281				
<i>Kontaktní osoba (odd):</i>	<i>Linka:</i>	<i>Umístění:</i>	NIPEZ: 50421000-2	

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

1 257 716.00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč včetně DPH:

1 521 836.36 Kč

Bude-li rozpočet nákladů na opravu (dodání ND) vyšší než předpokládaná cena, je nutné částku odsouhlasit vedoucím OZT.

Před zahájením opravy žádáme cenovou kalkulaci - povolená tolerance je 10%. S ohledem na nezbytnost opravy přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatele je zhotovitel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventurní nebo výrobní číslo opraveného přístroje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Přílohou faktury musí být originál montážního listu a v případě BTK i originál protokolu BTK. Prosíme o potvrzení objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře! Pokud se jedná o preventivní kontrolu, uvádějte na faktuře!

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **3361863/18**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 11.10.2018