

Svazek č. 5 Zadávací dokumentace
Obchodní podmínky

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.

Ing. Jaromírem Herzánem – vedoucím obchodního oddělení ve věcech technických

IČ: 00839205

DIČ: CZ00839205

Telefon: 517 315 100

E-mail:

(dále jen „kupující“)

a

Název MEDETRON s.r.o.

Zastoupený Ing. Jan Korec

Sídlo: Vavrečkova 5673, Zlín, 760 01

Právní forma: právnická osoba (společnost s r.o.)

IČ: 46976078

DIČ: CZ46976078

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd C, vložka 7695

Bankovní spojení: Česká Spořitelna

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Korec

Telefon: 739 573 501

Fax: 577 212 004

E-mail:

(dále jen "prodávající")

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu **nový(é) zdravotnický(é) přístroj(e)** za podmínek stanovených Zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ na dodávku této techniky, dále také označováno „zboží“, nebo „přístroj(e)“, a to:

Označení samostatné části veřejné zakázky	Název samostatné části - název přístroje	Název přístroje	Obchodní a typový název přístroje	Počet kusů
5	Urodynamika	Urodynamika	UMS DYNAMIC Proxima	1

Požadovaná technická specifikace zdravotnického přístroje je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží včetně jeho příslušenství. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje k provedení jeho odborné instalace a uvedení do provozu, k předvedení jeho chodu, k instruktáži budoucí obsluhy a k předání veškerých dokladů potřebných k jeho převzetí a k jeho řádnému užívání. Kupující se zavazuje dodané zboží společně s veškerou dokumentací vztahující se ke zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu níže specifikovanou kupní cenu.

3. Prodávající prohlašuje, že

- a) zboží je nové a plně funkční. Za nové zboží smluvní strany shodně nepovažují zejména zboží použité, repasované či zboží využívané pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely (tzv. „demo“ přístroje);
- b) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům (včetně souvisejících příslušných nařízení vlády), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
- c) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE ve smyslu zák. č. 490/2009 Sb., v platném znění, prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený

účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se ke zboží.

d) garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení.

II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně prodávaného zboží takto:

Označení samostatné části veřejné zakázky	Název samostatné části – název přístroje	Název přístroje	Počet kusů	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (včetně DPH v Kč)
5	Urodyna mika	Urodynamika	1	393 500,- Kč	476 135,- Kč	393 500,- Kč	476 135,- Kč

2. V kupní ceně zboží je zahrnuto:

- zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti,
- instalace a zapojení zboží jeho uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti, zkušebního provozu, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáže zaměstnanců kupujícího pro plné uživatelské užívání zboží v úrovni nutné pro provádění instruktáží všech kupujícím určených zaměstnanců. Součástí provedené dodávky zboží musí být revizní a technické práce,
- provádění pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (kalibrací, validací), a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění,
- dodání návod na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,
- dodání prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
- dodání prohlášení o třídě míry rizika, kterou představuje použití zdravotnického prostředku pro uživatele, popřípadě pro jinou fyzickou osobu, dle § 7 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- provedení instruktáže obsluhy a vystavení protokolu o provedené instruktáži obsluhy dle přílohy č. 3 této kupní smlouvy ve třech originálních vyhotoveních.
- předložení dokladu o likvidaci obalů a odpadu,

3. Výše uvedená kupní cena za zboží bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného prodávajícím a doručené kupujícím. Fakturu - daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu ke zboží.

4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury do sídla kupujícího. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu bude splněn řádně a včas připsáním částky odpovídající kupní ceně ve lhůtě splatnosti na účet uvedený na příslušné faktuře.

5. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy, a zejména tyto údaje:

- název zboží,
- označení banky a číslo účtu prodávajícího,
- označení předmětu koupě,
- cenu každé měrné jednotky,
- cenu bez DPH, DPH a včetně DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího.
- označení názvem projektu "Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci",
- registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469,

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním kupujícího podle tohoto odstavce není kupující v prodlení.

6. Nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit kupní cenu řádně a včas, zavazuje se zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

III.

Doba, místo a způsob dodání

1. Zboží bude prodávajícím dodáno na adresu sídla kupujícího, Nemocnice Vyškov, příspěvkové organizace, a to nejpozději do 60 - ti dní ode dne uzavření této smlouvy.
2. Za dodání zboží se považuje jeho předání na výše uvedené adrese, jeho instalace a uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání, instruktáž budoucí obsluhy a následný podpis předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.
3. Kupující se zavazuje, že vytvoří podmínky pro instalaci zboží bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, že je připraven zboží dodat.
4. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení tel: č. 517315149. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.
5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady.
6. Součástí plnění dle čl. I. této smlouvy je i provedení instalace Zboží vč. konfigurace modalit

(nastavení workflow – pouze u Zboží, u něž je vyžadováno), uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců oddělení, zaměstnance Obchodního oddělení Kupujícího, provedení instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a včetně doložení pověření školitele výrobcem.

7. Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepiší při dodání předávací protokol dle přílohy č. 2 této smlouvy. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.

8. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více jak 30 kalendářních dnů je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy, přičemž právo na náhradu škody není tímto postupem kupujícího dotčeno.

9. Zboží bude předáno a převzato na základě Předávacího protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

10. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat primář příslušného oddělení a zaměstnanec obchodního oddělení Nemocnice Vyškov, p.o. Jedná se o pracovníky pro tento právní úkon pověřené statutárním orgánem kupujícího.

11. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

12. Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.

13. V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.

IV.

Odpovědnost za vady, záruční ujednání

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a příslušnými platnými právními předpisy i technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak v zemi původu zboží.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží. Záruční doba je 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po dodání zboží. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku vady či poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

3. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce záruční doby.

4. Součástí záruky je:

- provádění instruktáže obsluhy (u nových pracovníků kupujícího) a vystavení protokolu o provedené instruktáži obsluhy dle přílohy č. 3 této kupní smlouvy po celou dobu záruční doby.
- provádění plánované servisní údržby zařízení v intervalech podle doporučení výrobce,
- nastavení zařízení a kontrola provozních parametrů na základě doporučení výrobce a podle předpisů a legislativy pro zdravotnické prostředky,
- provádění servisních zásahů při poruše zařízení na základě výzvy,
- bezplatné dodání potřebných náhradních dílů a potřebného spotřebního materiálu. Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován,
- provádění preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění; zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončeného díla v termínech stanovených výrobcem přístroje. Poslední periodická prohlídka však bude provedena alespoň 14 dnů před termínem ukončení záruční doby.

5. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bude nesprávná funkce nebo poškození zboží prokazatelně způsobeno nevhodnými nebo modifikovanými spotřebními materiály a pracovními postupy, nesprávnou obsluhou nebo vyšší mocí.

6. Během trvání záruční doby poskytnuté na dodané zboží se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis včetně náhradních dílů a provádění pravidelných preventivních prohlídek v intervalech předepsaných výrobcem. Proávající prohlašuje, že je způsobilý zajistit provádění periodických bezpečnostně technických kontrol ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

7. Proávající se zavazuje nastoupit k záruční opravě nejpozději do 24 hodin od oznámení poruchy kupujícím (např. telefonicky, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy kupujícím. Nepodaří-li se prodávajícímu uvést zboží do provozu v uvedené lhůtě 48 hodin, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu zapůjčit kupujícímu náhradní zboží srovnatelných parametrů, jež bude plnit stejný účel a funkce jako dodané zboží. Bude-li vada shledána jako neodstranitelná, poskytne prodávající kupujícímu buď přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo dodá kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převede vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. V případě, že prodávající nezajistí nástup na opravu dodaného zboží ve lhůtě podle tohoto článku, je kupující oprávněn vadu odstranit sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou a náklady na provedení opravy vyúčtovat prodávajícímu.

8. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na záruční opravu či v případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Právo na smluvní pokutu nevzniká po dobu, kdy prodávající bude plnit svou povinnost poskytnout kupujícímu náhradní zboží.

V.

Nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží (tj. ztráty, poškození, odcizení, zničení či znehodnocení) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo jeho dílčí části, je-li zboží přebíráno po částech, podpisem předávacího protokolu, a to v rozsahu v jakém bylo zboží převzato.

2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem jeho předání.

VI.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
3. Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.
4. Proávající uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

VII.

Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoli změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí kupující.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Proávající prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou svou součinnost při jejím výkonu.
7. Kupující je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne – Termínu předání a převzetí díla podle této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem

jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté omylu. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

9. Kupující si tímto vyhrazuje právo uzavřít po skončení záruční doby smlouvu na provádění pozáručního servisu na nabízený přístroj s dodavatelem, který prokáže oprávnění k této činnosti vystavené výrobcem daného přístroje a předloží zadavateli nejvýhodnější nabídku na tuto činnost.

10. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na plnění předmětné smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Požadované technické parametry přístrojů.

Příloha č. 2 – Předávací protokol.

Příloha č. 3 – Protokol o instruktáži obsluhy

V dne 14. 9. 2018

Ve Zlíně, dne 14. 9. 2018.

MEDETRON s.r.o.
Vavrečkova 5673
762 01 ZLÍN

Kupující

Prodávající

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 124

Konec: Svazek č. 5 Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 5 Urodynamika

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
5	Urodynamika	ks	1

č. položky 32.1 Urodynamika – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- pro vyšetření funkce dolních močových cest
 - měřicí schopnosti
 - minimálně 5 měřících kanálů pro připojení senzorů kabelem
 - možnost připojení senzorů bezdrátově na vzdálenost minimálně 30m (například uroflowmetr v klidové zóně na toaletě)
 - Vstupní kanály by měly být univerzální, softwarově konfigurovatelné uživatelem pro využití pro široké spektrum měření
- Mechanické jednotky:
- Precizní peristaltická pumpa s přesným plněním při cystometrii/profilometrii bez potřeby přídatného řízení infúzní váhou. Pumpa vestavěná do přístrojové konzole.
- Ergonomie:
- Ergonomický podvozek s nastavitelnou výškou klávesnice a monitoru pro práci vsedě i vestoje
 - Měřicí i řídící elektronika i peristaltická pumpa je integrována do podvozku
 - Vodotěsná dezinfikovatelná klávesnice
 - Dotykový monitor min 19" ideálně s poměrem 5:4 nebo 4:3 pro dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými křivkami zobrazeného grafu
 - Rameno s výškově nastavitelným držákem snímačů a infúzního vaku integrováno do podvozku
 - Váhový uroflowmetr se stojanem, možnost vestavění do diagnostického lehátka
 - Vstupy pro základní konfiguraci měřících testů (možnost softwarové změny určení kanálu)
 - 3 vstupní kanály pro měření tlaku
 - 1 vstupní kanál pro uroflowmetrii
 - 1 vstupní kanál pro elektromyografii a biofeedback,
 - Využití měřících kanálů lze využitím software volně konfigurovat a vytvářet tak další měřicí protokoly
 - Software pro standardní měřicí protokoly:
 - Uroflowmetrie se zápisem dat do archivu a podrobnou analýzou parametrů dle Bristolského (Siroky Crane) nebo Liverpoolského nomogramu
 - Uroflowmetrie automatická, která pouze vypíše protokol i se statistickými parametry, ale není třeba zadávat data pacienta či provádět hlubší analýzu
 - Cystometrie plnicí



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

- Cystometrie mikční včetně průtokově manometrických studií a vyhodnocením (PQ Plott, Abrams, Griffith nomogram, PURR, LPURR, OBI, Chas, Schaefer a dalších)
- Hodnocení bodů úniku (Valsalva Leak Point Pressure, Abdominal Leak Point Pressure, Bladder Leak Point Pressure)
- Profilometrie statická
- Profilometrie dynamická
- Profilometrie s minibalónkem (air charged profilometry),
- EMG, případně v kombinaci s uroflowmetrií, či s kterýmkoliv z dalších měření a jejich kombinace,
- EMG biofeedback,
- Softwarový modul s uživatelsky přátelským prostředím pro přípravu dalších diagnostických protokolů uživatele.
- Software podporuje volitelné využití videourodynamiky ve všech měřicích protokolech.
- **Vyšetřovací lehátko polohovatelné pro urodynamiku (3 motory, poloha vleže, vsedě, trendelenburg).**

Dokumenty

- Licence pro operační systém (doporučeno Windows embedded)
- Návod k použití v českém jazyce, CE certifikace,

Další služby

- záruka 24 měsíců, dostupnost servisu s uvedením do provozu do 24 hodin
- zacvičení obsluhy, klinické poradenství a to během záruky zdarma
- možnost upgrade, a to i vzdáleným přístupem po internetu. Upgrade v záruční době zdarma
- možnost zakázkové tvorby unikátních protokolů,
- Profilometr dezinfikovatelný ponorem do desinfekčního média, s oddělitelným držákem katetru pro sterilizaci autoklávem (velká hygienická zátěž při častém potřísnění moči při inkontinenci). Stojan s artikulačním ramenem nebo adaptér pro připojení na eurolištu vyšetřovacího stolu.
- Panel pro zobrazování dat ze zvoleného kanálu v reálném čase, přenos dat z urodynamické aparatury bezdrátově, mechanické provedení pro umístění do zorného pole pacienta, velikost min 8" (Například abdominální tlak při ALPP testu)
- Vodotěsná videokamera pro zobrazení ústí uretry na monitoru přístroje (vizualizace úniku moči při VLPP testu)

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců	60 měsíců
v rámci záruky 5 let budou BTK prováděny zdarma	
Cena BTK	4 500,- Kč bez DPH
Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)	4 500,- Kč bez DPH
Frekvence provádění BTK	1 rok
Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	700,- Kč bez DPH
Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků	

Obchodní a typový název přístroje:

UMS DYNAMIC Proxima



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
5	Urodynamika	UMS DYNAMIC Proxima	1	21	393 500,-	476 135,-	393 500,-

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Ing. Jan Korec

Funkce: jednatel

– Datum: 14.9.2018

Podpis: 

Konec: Svazek č. 4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístrojů

Nabídka urodynamického modulárního přístroje DYNAMIC Proxima

Vážený pane doktore,

děkujeme za projevený zájem o dodávku našeho urodynamického systému DYNAMIC. Dovolujeme si Vám učinit nabídku komplexního systému ve verzi **DYNAMIC Proxima**, který svým širokým diagnostickým vybavením umožní další zkvalitnění zdravotní péče o vaše pacienty (viz obrázek).

1. Specifikace:

Jedná se o **mobilitní** multikanálový počítačový systém moderní koncepce (vše na **jediném stojanu s otočným pracovním stolem**). Systém Proxima využívá k měření tlaku tlakové snímače Edwards. Přístroj je vybaven celkem 7mi vstupními kanály:

- 5-ti univerzálními kanály (standardní konfigurace 3 tlakové + 1 UFM + 1 infuzní váha)
- kanálem EMG
- kanál Video

Součástí ceny je výkonný **počítač All-in-One s dotykovou obrazovkou** a multifunkční barevnou tiskárnou, nová verze aplikačního software (7.x) upravená pro dotykové ovládání, **infuzní vážící jednotka**, infuzní pumpa, puller, UFM modul včetně mikční židle, instalace systému a zaškolení, odborná literatura.

Systém DYNAMIC Proxima umožňuje:

- veškerá základní vyšetření dolních cest močových:
 - plnicí cystometrii (s přesnou infúzí a vážením plnicí tekutiny)
 - profilometrii – klidovou i stresovou (s přesnou perfúzí plnicí tekutiny)
 - uroflowmetrii (UFM)
 - průtokomanometrické studie (PQ resp. Flow-Pressure)
 - EMG (klasické měření nebo biofeedback + hra pro děti)
 - Filling/Voiding cystometrii
 - VLPP (Valsalva Leak Point Pressure),
 - BLPP (Bladder Leak Point Pressure),
 - LTUP (Long Time Urethral Pressure),
- uchování a vyhodnocení výsledků
- automatickou analýzu (výpočty, diagramy)
- automatickou *diagnostiku*
- barevný tisk protokolů
- možnost tvorby vlastních měřících režimů
- automatické zálohování databáze na externí paměť

Systém je možno dále rozšířit o moduly a záruky uvedené v základním ceníku.



2. Součásti dodávky:

- mobilní stojan s otočným pracovním stolem
- PC All-in-One (orientační běžná konfigurace: 20" TFT LCD s dotykovým ovládání, RAM 4GB, HDD 500GB, DVD±RW, webkamera, reproduktory, čtečka karet, Windows 10 Home)
- aplikační software WinDynamic pro OS MS Windows upravený pro dotykové ovládání
- multifunkční tiskárna se síťovým připojením
- základní měřicí a řídicí jednotka
- snímače tlaku (vodní)
- infuzní / perfúzní pumpa
- váhací jednotka infúze
- počítačově řízený profilometrický modul (puller)
- příslušenství pro EMG (kabely s elektrodami)
- bezdrátový uroflowmetrický modul s váhovým snímačem
- nastavitelný nerezový mikční stojan UFM mužů i žen
- mikční židle
- modul Video včetně kamery
- návod k použití, certifikáty, prohlášení o shodě, odborná literatura, zaškolení obsluhy
- spotřební materiál
- **vyšetřovací křeslo ML2g Vamel**

3. Specifikace příslušenství:**Vyšetřovací křeslo ML2g Vamel**

- el. nastavení výšky: 65 - 95 cm
- nastavení zádového dílu pomocí plynového pístu
- nastavení sedacího dílu pomocí plynového pístu
- podkolenní opěrky nohou
- nastavení opěradel rukou
- odklopná nerezová nádoba
- držák papírové role
- pevná a stabilní kovová konstrukce
- čalounění z umývatelné a dezinfikovatelné koženky
- výber barvy dle vzorníku
- rozměry: šířka 70 cm (včetně opěrek), délka 120 cm (při sklopeném opěradle), šířka vyšetřovací plochy 60 cm

Rádi zodpovíme Vaše případné doplňující dotazy a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

MEDETRON s.r.o.

Ing. Jan Korec
jednatel

Platnost nabídky je do 1.10.2018.

Předávací protokol (pro každý přístroj samostatný předávací protokol)

Dodavatel	MEDETRON s.r.o.	Odběratel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ	46976078		se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov
DIČ	CZ46976078		zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
Adresa	Vavrečkova 5673, Zlín, 760 01		zastoupená ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
tel:	577 212 004		IČ: 00839205
e-mail:			DIČ: CZ00839205
			Telefon: 517 315 100
			E-mail:
Datum vystavení předávacího protokolu:		Místo určení:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
			se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno, nainstalováno a předáno v souladu s Kupní smlouvou uzavřenou dne:

Zboží:

Č.pól	Název přístroje	Označení přístroje: Obchodní a typový název přístroje	Výr. číslo přístroje	Cena celkem včetně DPH
5	Urodynamika	UMS DYNAMIC Proxima		476 135,- Kč

Dodané příslušenství:

Obecný název a typové označení	Výrobní číslo	Výrobce	Počet Ks	Cena/kus včetně DPH

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostředcích je garantován po dobu 60 měsíců (min. 24 měsíců).

Zboží předal za dodavatele:

datum:

Jméno (hůlkovým písmem):

podpis:

Zboží převzal za odběratele:

datum:

Jméno (hůlkovým písmem):.....
(primář přísl. oddělení)

podpis:

Jméno (hůlkovým písmem):.....
vedoucí obch. oddělení

podpis:

Příloha č. 3 Kupní smlouvy

**Protokol o instruktáži obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů**

Dodavatel tímto prohlašuje, že na zdravotnický prostředek,

Č.pol	Název přístroje	Označení přístroje: Obchodní a typový název přístroje	Počet kusů	Výrobní číslo	Název výrobce
5	Urodynamika	UMS DYNAMIC Proxima	1		

(dále jen zdravotnický prostředek)

kteřý poskytl dne (bude doplněno v den zaškolení obsluhy) kupujícímu k provádění zdravotnických služeb, **provedl instruktáž** k předmětnému zdravotnickému prostředku v plném rozsahu ovládání. Instruktáž byla provedena v souladu s § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a s příslušným návodem k použití. Současně dodavatel seznámil s riziky spojenými s používáním uvedeného zdravotnického prostředku všechny osoby uvedené v tomto protokolu. V této souvislosti prodávající prohlašuje, že na instruktáž obsluhy předmětného zdravotnického prostředku má zabezpečeny osoby, které na základě odpovídajícího vzdělání, praktických zkušeností a poučení výrobcem poskytují dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o správném používání předmětného zdravotnického prostředku. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokáže i přiloženým potvrzením o oprávněnosti provádět instruktáž obsluhy v souladu s poučením výrobce za každého níže uvedeného zástupce dodavatele (viz Příloha č. 1. Níže uvedená)

Výše uvedenou instruktáží jsou pověřeny tyto osoby:

Jméno a příjmení	Obchodní a typový název přístroje	Název výrobce	Podpis osoby pověřené instruktáží
Ing. Jan Korec	UMS DYNAMIC Proxima	MEDETRON s.r.o.	

(Určené osoby dodavatelem budou doplněny již do předložené nabídky)

Osoby, u kterých byla provedena instruktáž:

Jméno a příjmení	Datum provedené instruktáže	Podpis osoby, u které byla provedena instruktáž

(Osoby určené odběratelem budou doplněny v den zaškolení obsluhy)

Příloha č. 1 – Potvrzení o oprávněnosti provádět instruktáž v souladu s poučením výrobce dle
§ 61 zák. 268/2014 Sb.) –



Medicínská technika

Oprávnění pracovníka společnosti MEDETRON s.r.o.

Jméno a pozice pracovníka:

Jméno: Ing. Jan Korec
funkce: vedoucí technického oddělení

Společnosti MEDETRON s.r.o. jako výrobce zdravotnického prostředku UMS DYNAMIC typ:

- Proxima
- Mini
- UFM

opravňuje výše uvedeného pracovníka k úkonům:

- **provádět bezpečnostně technické kontroly a servisní úkony** všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- **provádět instruktáž** v plném rozsahu ovládání a seznámení s riziky spojenými s používáním předmětného zdravotnického prostředku v souladu s § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a s příslušným návodem k použití.

K těmto úkonům je pracovník oprávněn na základě odpovídajícího vzdělání a praktických zkušeností s danými zdravotnickými prostředky.

Ve Zlíně dne: 2.1.2017

Ing. Jan Korec
jednatel