

KUPNÍ SMLOUVA *č.j. 12670*

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi:

LINE T spol. s r.o.

se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 163
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Zbyňkem Frolíkem, Ing. Tomášem Kolářem a Ing. Jaroslavem Chvojkou, jednateli a Ing. Pavlem Chýňavou, prokuristou

(dále jen „prodávající“)

a

Vsetínská nemocnice a.s.

se sídlem: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
IČ: 268 71 068
DIČ: CZ26871068
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2946
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: *Ing. Věrou Prouskovou, MBA*
místopředsedkyní představenstva

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu nová **lůžka včetně příslušenství pro Interní pavilón** dle příloh:
 - a) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky,
 - b) Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění,
 - c) Příloha č. 3 - Požadavek na předmět plnění (viz Seznam příloh kupní smlouvy)(dále jen „předmět smlouvy“ či „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy. Spolu s předmětem smlouvy budou kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání předmětu smlouvy, tj. zejména návod k použití v českém jazyce dle platné legislativy, záruční list, apod.

2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět smlouvy kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že na předmětu smlouvy nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem smlouvy disponovat. Součástí dodávky je rovněž veškerá a úplná dokumentace, která opravňuje kupujícího předmět smlouvy užívat, nebo je podmínkou jeho užívání.
4. Veřejná zakázka je součástí schváleného projektu 31. výzvy IROP (položka 1.91, 1.92, 1.93, 1.94 a 1.95). V případě přidělení finančních prostředků bude tento projekt s názvem „Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa (registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540) financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

II. Kupní cena

1. Kupní cena zboží činí

Předmět smlouvy		Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
A	A1 Lůžko resuscitační (za 2 kusy)	236 376,00	70 912,80	543 664,80
	A2 Matrace aktivní (za 2 kusy)	181 910,00	27 286,50	209 196,50
B	B1 Lůžko pro akutní péči nadstandardní (za 1 kus)	56 258,00	8 438,70	64 696,70
	B2 Matrace pasivní (za 1 kus)	5 505,00	825,75	6 330,75
C	C1 Lůžko pro akutní péči standardní (za 62 kusů)	2 729 364,00	409 404,60	3 138 768,60
	C2 Matrace pasivní (za 62 kusů)	341 310,00	51 196,50	392 506,50
D	Matrace aktivní (za 10 kusů)	775 510,00	116 326,50	891 836,50
E	Stolek k lůžku s jídelní deskou (za 64 kusů)	582 720,00	122 371,20	705 091,20
F	Jídelní stolek pojízdný (za 15 kusů)	99 810,00	20 960,10	120 770,10
Cena za celý předmět smlouvy v Kč <i>(tj. součet cen uvedených v řádcích označených písmeny A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E, F)</i>		<i>(KI)</i> 5 245 139,00	827 772,65	6 072 861,65

2. V kupní ceně za předmět smlouvy je zahrnuto dodání, instalace předmětu smlouvy kupujícímu v místě plnění, jeho uvedení do provozu, odzkoušení, provedení instruktáže personálu kupujícího pro obsluhu předmětu smlouvy, protokolární předání předmětu smlouvy včetně vystavení instalačního a předávacího protokolu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (zejména čl. I. odst. 1 této smlouvy), dopravné, clo a veškeré další související náklady (např. též poplatky, daně aj.).
3. Provádění instruktáže personálu pro obsluhu předmětu smlouvy po dobu životnosti předmětu smlouvy je bezplatné. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů vyplývajících ze zadávacích podmínek. Nabídková cena je konečná.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání předmětu smlouvy kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (zejména čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
7. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do 90 dnů od účinnosti této smlouvy. K dodání předmětu smlouvy bude prodávající kupujícím písemně vyzván 15 dní před jeho dodáním. Prodávající není oprávněn předmět smlouvy dodat kupujícímu dříve, než prokazatelně obdrží výzvu v předchozí větě uvedenou.
2. Místem plnění je Interní pavilón kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje vyrozumět kupujícího o dodání zboží nejméně dva pracovní dny předem. Kupující provede při dodání předmětu fyzickou převjímkou.
4. Kupující předmět smlouvy převezme, nevykazuje-li žádné vady. Pokud nebude předmět smlouvy dodán v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, má kupující právo dodávku odmítnout. Odmítnutí a důvody vyznačí v dokladech prodávajícího.
5. Dokladem o doručení je dodací list, opatřený podpisem osoby oprávněné k převzetí předmětu smlouvy [redacted] (technického pracovníka) nebo [redacted] (investičního referenta).
6. Za předání předmětu smlouvy se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (zejména čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy kupujícího a podpis protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Protokol o předání předmětu smlouvy bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byl ze strany prodávajícího seznámen s návodem k použití.
8. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení předmětu smlouvy do provozu.

9. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny za každý den prodlení, a to až do řádného předání předmětu smlouvy kupujícímu. Za kupní cenu se pro účely smluvní pokuty považuje kupní cena včetně DPH.

IV.

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy, převod vlastnického práva

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem protokolárního předání předmětu smlouvy (čl. III tyto smlouvy), obdobně tak vlastnické právo.

V.

Odpovědnost za vady předmětu smlouvy, záruka, servis, PBTk

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami.
2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na předmět smlouvy záruku po dobu uvedenou v Příloze číslo 1 - Krycí list nabídky a po stejnou dobu i bezplatný záruční servis na předmět smlouvy. Záruka začíná běžet od data protokolárního předání předmětu smlouvy. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět smlouvy používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení závady do jejího úplného odstranění.
3. Lhůta pro nástup na servis (záruční i po uplynutí záruky) je 48 hodin od jeho nahlášení. Odstranění závady bude provedeno do 48 hodin, přičemž tato doba může být prodloužena v případě nutnosti objednání náhradního dílu. V případě neopravitelnosti předmětu smlouvy do 48 hodin od nástupu na opravu závady, prodávající garantuje zapůjčení srovnatelného předmětu smlouvy po celou dobu opravy zdarma. V případě nesplnění povinností v tomto odstavci uvedeném, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny (viz odst. 1 čl. II tyto smlouvy) za každý den prodlení.
4. Během záruky budou všechny pravidelné bezpečnostně technické kontroly (dále jen „PBTk“) včetně elektrické kontroly (revize), dopravy, práce servisního technika prodávajícího a všech náhradních dílů potřebných vyměnit při PBTk prováděny zdarma.
5. V době záruky a po celou dobu životnosti předmětu smlouvy budou prováděna proškolení obsluhy kupujícího zdarma.
6. Po uplynutí záruky jsou v Příloze číslo 1 - Krycí list nabídky dohodnuty:
 - a) četnost PBTk a její cena; do PBTk spadá činnost uvedená v odstavci výše uvedeném;
 - b) pozáruční servis na předmětu smlouvy a jeho cena;
 - c) dopravné týkající se servisu a jeho cena.
7. Prodávající garantuje zajištění servisu a dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu vztahující se k předmětu smlouvy minimálně po dobu 10 let ode dne protokolárního předání předmětu smlouvy.

VI.

Salvatorní klauzule

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

VII.

Doklady před podpisem smlouvy

1. Prodávající před podpisem smlouvy doložil kupujícímu následující doklady, které jsou nezbytné pro její uzavření:
 - a) pro odbornou způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků doklad, který bude doložen jednou z níže uvedených možností:
 1. Potvrzením ohlášení registrace vydané SÚKL nebo
 2. Výpisem z registru SÚKLu dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo uvedeném URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně
 3. Doložením Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Ministerstvem zdravotnictví podle předchozí verze zákona s tím, že po splnění povinnosti registrace na SÚKL v průběhu předchozího období, bude potvrzení od SÚKL doloženo;
 - b) pro všechny části předmětu smlouvy, tj. od lůžka resuscitačního po jídelní stůl pojízdný, (viz Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění) - musí být označeny značkou shody, příp. declaration of conformity (v překladu) dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
 - c) doložení produktových listů pro všechny části předmětu smlouvy, tj. od lůžka resuscitačního po jídelní stůl pojízdný, (viz Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění), ze kterého bude zřejmé splnění požadovaných technických parametrů příslušného nabízeného předmětu smlouvy.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí mít písemnou formu, musí v něm být popsán důvod odstoupení a podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. dnem po odeslání. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani práva na zaplacení smluvní pokuty.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovém porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
 - a) prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 30 dnů od splatnosti,
 - b) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 30 dnů,
 - c) prodlení s nástupem k opravě při záručním servisu delším než 2 dny,
 - d) nemožnost odstranit vady dodaného zboží, jakož i v případě nelze-li věc užívat pro opakovaný výskyt vad (více než 2x), a to i vad různého charakteru, po opravě či výskytu většího počtu vad současně, a to v době záruky
 - e) pokud nedojde k zapůjčení náhradního (srovnatelného) zařízení do 10 dnů od nahlášení závady,
 - f) v případě, že se kterékoli prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé,
 - g) jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým apod.

IX. Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozvědí.
2. Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na třetí osobu bez souhlasu kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními OZ, zejména jeho § 2079 a následujícími, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy, zejména před OZ.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy.
5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Seznam příloh kupní smlouvy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (*Příloha číslo 5 zadávací dokumentace*)

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění (*Příloha číslo 6 zadávací dokumentace*)

Příloha č. 3 - Požadavek na předmět plnění (*Příloha číslo 7 zadávací dokumentace*)

V Želevčicích



Ve Vsetíně

dne 27.9.2018


dne - 9 -10- 2018

LINET spol. s r.o.

Vsetínská nemocnice a.s.



Ing. Věra Prousková, MBA
místopředsedkyně představenstva





Příloha č. 5

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
ZADAVATEL	
název adresa	Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční 955 755 01 Vsetín
zastoupený funkce	Ing. Věrou Prouskovou, MBA místopředsedkyní představenstva
identifikační číslo	268 71 068
IDENTIFIKACE ZAKÁZKY	
název zakázky	Lůžka včetně příslušenství pro Interní pavilón
druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
název adresa sídla podnikání	LINET spol. s r.o. Želečnice 5, 274 01 Slaný
IČ a DIČ	00507814 CZ00507814
datová schránka	5juud86
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	██████████
telefon / fax	████████████████████
e-mail	██████████
Kontaktní osoba ve věci zakázky	
jméno, příjmení, titul	██████████
funkce	regionální vedoucí
telefon	██████████
e-mail	████████████████████



NABÍDKOVÁ CENA (hodnoticí kritérium č. 1)		váha kritéria 70 %		
Lůžko resuscitační s matrací aktivní (celkem 2 kusy)				
název		cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
	<i>Cena lůžka resuscitačního za 1 kus</i>	236 376,00	35 456,40	271 832,40
A1	Cena lůžka resuscitačního za 2 kusy	472 752,00	70 912,80	543 664,80
	<i>Cena matrace aktivní za 1 kus</i>	90 955,00	13 643,25	104 598,25
A2	Cena matrace aktivní za 2 kusy	181 910,00	27 286,50	209 196,50
Cena lůžka resuscitačního s matrací aktivní za 2 kusy <i>(hodnota A je součtem hodnot v buňkách označených A1 a A2)</i>		A 654 662,00	98 199,30	752 861,30
Lůžko pro akutní péči nadstandardní s matrací pasivní (celkem 1 kus)				
název		cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
B1	Cena lůžka pro akutní péči nadstandardní za 1 kus	56 258,00	8 438,70	64 696,70
B2	Cena matrace pasivní za 1 kus	5 505,00	825,75	6 330,75
Cena lůžka pro akutní péči nadstandardní s matrací pasivní za 1 kus <i>(hodnota B je součtem hodnot v buňkách označených B1 a B2)</i>		B 61 763,00	9 264,45	71 027,45
Lůžko pro akutní péči standardní s matrací pasivní (celkem 2 kusy)				
název		cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
	<i>Cena lůžka pro akutní péči standardní za 1 kus</i>	44 022,00	6 603,30	50 625,30
C1	Cena lůžka pro akutní péči standardní za 62 kusů	2 729 364,00	409 404,60	3 138 768,60
	<i>Cena matrace pasivní za 1 kus</i>	5 505,00	825,75	6 330,75

C2	Cena matrace pasivní za 62 kusů	341 310,00	51 196,50	392 506,50
	Cena lůžka pro akutní péči standardní s matrací pasivní za 62 kusů (hodnota C je součtem hodnot v buňkách označených C1 a C2)	C 3 070 674,00	460 601,10	3 531 275,10
Matrace aktivní (celkem 10 kusů)				
	název	cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
	Cena matrace aktivní za 1 kus	77 551,00	11 632,65	89 183,65
D	Cena matrace aktivní za 10 kusů	D 775 510,00	116 326,50	891 836,50
Stolek k lůžku s jídelní deskou (celkem 64 kusů)				
	název	cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
	Cena stolku k lůžku s jídelní deskou za 1 kus	9 105,00	1 912,05	11 017,05
E	Cena stolku k lůžku s jídelní deskou za 64 kusů	E 582 720,00	122 371,20	705 091,20
Jídelní stolek pojízdný (celkem 15 kusů)				
	název	cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
	Cena jídelního stolku pojízdného za 1 kus	6 654,00	1 397,34	8 051,34
F	Cena jídelního stolku pojízdného za 15 kusů	F 99 810,00	20 960,10	120 770,10
Celková cena za celý předmět zakázky				
	název	cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
	Celková cena za celý předmět zakázky (hodnota (K1) je součtem hodnot v buňkách označených A a B a C a D a E a F)	(K1) 5 245 139,00	827 722,65	6 072 861,65

Hodnota (K1) je součtem hodnot v buňkách označených A a B a C a D a E a F a bude uvedena v příloze č. 4 (Návrh kupní smlouvy).

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

ZÁRUKA (hodnotící kritérium č. 2)	váha kritéria 15 %
Délka záruky na celý předmět plnění v měsících*	(K2) 36

* Zadavatel požaduje minimální délku záruky 36 měsíců od data protokolárního předání předmětu plnění. Nejvyšší počet bodů bude přidělen za délku záruky 60 měsíců, delší záruka už při hodnocení nebude zohledněna.

PRAVIDELNÁ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA (dále jen „PBTk“) (hodnotící kritérium č. 3)		váha kritéria 5 %
Četnost PBTk	(A) Lůžko resuscitační s matrací aktivní (měsíce)	12
	(B1) Lůžko pro akutní péči nadstandardní (měsíce)	12
	(C1) Lůžko pro akutní péči standardní (měsíce)	12
	(D) Matrace aktivní (měsíce)	12
	(E) Stolek k lůžku s jídelní deskou (měsíce)	24
	(F) Jídelní stolek pojízdný (měsíce)	24
I.	(A) Cena PBTk za lůžko resuscitační s matrací aktivní (Kč/rok)	1 190
II.	(B1) Cena PBTk za lůžko pro akutní péči nadstandardní (Kč/rok)	850
III.	(C1) Cena PBTk za lůžko pro akutní péči standardní (Kč/rok)	850
IV.	(D) Cena PBTk za matraci aktivní (Kč/rok)	1 190
V.	(E) Cena PBTk za stolek k lůžku s jídelní deskou (Kč/rok)	210
VI.	(F) Cena PBTk za jídelní stolek pojízdný (Kč/rok)	210
VII.	(A) Celková cena vyměňovaných dílů při PBTk u lůžka resuscitačního s matrací aktivní (Kč/rok)	0

VIII.	(B1) Celková cena vyměňovaných dílů při PBTK u lůžka pro akutní péči nadstandardního (Kč/rok)	0
IX.	(C1) Celková cena vyměňovaných dílů při PBTK u lůžka pro akutní péči standardního (Kč/rok)	0
X.	(D) Celková cena vyměňovaných dílů při PBTK u matrace aktivní (Kč/rok)	0
XI.	(E) Celková cena vyměňovaných dílů při PBTK u stolku k lůžku s jídelní deskou (Kč/rok)	0
XII.	(F) Celková cena vyměňovaných dílů při PBTK u jídelního stolku pojízdného (Kč/rok)	0
Cena PBTK včetně vyměňovaných dílů při PBTK po uplynutí záruky v Kč/rok		(K3) 4 500

Hodnota (cena) v buňce (K3) je součtem hodnot (cen) v buňkách označených ... v řádcích I. a II. a III. a IV. a V. a VI. a VII. a VIII. a IX. a X. a XI. a XII.

Všechny hodnoty (ceny) uvedené v buňkách označených ... budou bez DPH/kus.

Pokud četnost PBTK bude jiná než 12 měsíců, je povinen účastník do buněk označených ... v řádcích I. a II. a III. a IV. a V. a VI. a VII. a VIII. a IX. a X. a XI. a XII. uvést hodnoty četnosti 12 měsíců (Kč/rok).

POZÁRUČNÍ SERVIS (hodnotící kritérium č. 4)	váha kritéria 5 %
Cena pozáručního servisu v (Kč/hod)	(K4) 890

Hodnota (cena) uvedená v buňce (K4) označené ... bude bez DPH.

DOPRAVNÉ (hodnotící kritérium č. 5)		váha kritéria 5 %
Počet kilometrů, které bude uchazeč fakturovat (km)		0
I.	Cena kilometrovného v závislosti na výše uvedeném řádku (Kč)	0
II.	Cena času stráveného na cestě (Kč)	0
III.	Cena výjezdu servisního technika (Kč)	1 090
IV.	Cena jiné položky, kterou si účtuje účastník v rámci dopravného (Kč)	0
Celková cena dopravného po uplynutí záruky v Kč		(K5) 1 090

Hodnota (cena) v buňce (**K5**) je **součtem** hodnot (cen) v buňkách označených ... v řádcích **I. a II. a III. a IV.**

Všechny hodnoty (ceny) uvedené v buňkách označených ... budou bez DPH.

Upozornění

V případě, že ve vyplněných tabulkách všech kritérií se objeví 0,0 (nulové plnění), bude zadavatel pro účely výpočtu počítat s hodnotou 0,01 (jedna setina).

V Želevčicích dne 27. 9. 2018

.....
podpis účastníka zadávacího řízení

účastník: **LINET spol. s r.o.**

jméno, příjmení, titul:

funkce:

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Název	výrobce (uvést)	model, případně typ (uvést)	
<i>(A) Lůžko resuscitační s matrací aktivní (2 kusy)</i>			
A1	Lůžko resuscitační (2 kusy)	LINET spol. s r.o.	Multicare
A2	Matrace aktivní (2 kusy)	LINET spol. s r.o.	Symbioso
<i>(B) Lůžko pro akutní péči nadstandardní s matrací pasivní (1 kus)</i>			
B1	Lůžko pro akutní péči nadstandardní (1 kus)	LINET spol. s r.o.	Eleganza 2
B2	Matrace pasivní (1 kus)	LINET spol. s r.o.	PrimaCare 20
<i>(C) Lůžko pro akutní péči standardní s matrací pasivní (62 kusů)</i>			
C1	Lůžko pro akutní péči standardní (62 kusů)	LINET spol. s r.o.	Eleganza 1
C2	Matrace pasivní (62 kusů)	LINET spol. s r.o.	PrimaCare 20
<i>(D) Matrace aktivní (10 kusů)</i>			
D	Matrace aktivní (10 kusů)	LINET spol. s r.o.	Virtuoso

(E) Stolek k lůžku s jídelní deskou (64 kusů)

E	Stolek k lůžku s jídelní deskou (64 kusů)	LINET spol. s r.o.	Classic s deskou
<i>(F) Jídelní stolek pojízdný (15 kusů)</i>			
F	Jídelní stolek pojízdný (15 kusů)	LINET spol. s r.o.	Solido 2

Příloha č. 7

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „Parametry požadavku“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny symbolem „NEVYPLŇOVAT“)

POŽADAVEK NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodání *nových lůžek včetně příslušenství* dle níže uvedených požadavků. Předmět plnění je určený pro vybavení Interního pavilónu zadavatele.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
(A) Lůžko resuscitační s matrací aktivní (2 kusy)	
(A1) Lůžko resuscitační (2 kusy)	
lůžko elektricky polohovatelné 4dílné	NEVYPLŇOVAT
lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52	NEVYPLŇOVAT
stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	NEVYPLŇOVAT
vnější rozměr lůžka maximálně 105 x 215 cm	105x215 cm
rozměry ložné plochy minimálně 85 x 205 cm	86x208 cm
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	250 kg
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45 až 75 cm	44-82 CM
čtyřdílná ložná plocha (zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů)	NEVYPLŇOVAT
ložná plocha se systémem snížení tlakových a sřížných sil při polohování	NEVYPLŇOVAT
integrované prodloužení lůžka minimálně o 15 cm pomocí elektromotoru	22 CM
laterální náklon $\pm 30^\circ$ pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie, možnost nastavení úhlů a časových intervalů	NEVYPLŇOVAT
automatický vážicí systém s možností zobrazení v grafu	NEVYPLŇOVAT
náklon do TR a ATR polohy minimálně o 10° pomocí elektromotoru	TR 13° / ATR 16°
snadno dostupné mechanické spouštění zádového dílu (CPR)	NEVYPLŇOVAT
odnímatelná čela s pojistkou proti samovolnému vytažení	NEVYPLŇOVAT
integrované dělené sklopné postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění, blokáce laterálního náklonu při spuštění postranic výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm nad ložnou plochou	NEVYPLŇOVAT

sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s důležitými polohami (min. resuscitační poloha CPR, ortopnoické křeslo, Trendelenburgova poloha)	NEVYPLŇOVAT
v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	NEVYPLŇOVAT
multifunkční ovládací dotykový LCD panel na vnější straně postranice	NEVYPLŇOVAT
nožní ovladače integrované do podvozku minimálně pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	NEVYPLŇOVAT
mobilizační madla po stranách lůžka s ovladačem nastavení výšky lůžka	NEVYPLŇOVAT
dvojitá kolečka s centrálním ovládním brzd (průměr koleček minimálně 150 mm)	150 MM
univerzální lišty a držáky na příslušenství	NEVYPLŇOVAT
držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenze	NEVYPLŇOVAT
ochranná kolečka v rozích lůžka	NEVYPLŇOVAT
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životností	ANO
alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (alarm je aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka), tj. prevence proti pádu pacienta	NEVYPLŇOVAT
potenciálové propojení	NEVYPLŇOVAT
příslušenství: sada fixačních klínů pro laterální náklon držák hadic ventilátoru pro laterální náklon infuzní stojan (2 kusy) hrazda a madlo navíjecí držák kyslíkové lahve, polička na monitor, polička na psaní držák močové lahve	NEVYPLŇOVAT
(A2) Matrace aktivní (2 kusy)	
integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro prevenci a léčbu 4. stupně dekubitu	NEVYPLŇOVAT
aktivní antidekubitní matrace nesmí přesáhnout vnitřní prostor resuscitačního lůžka	NEVYPLŇOVAT
integrovaný kompresor nepřesáhne půdorys lůžka	NEVYPLŇOVAT
ovládání matrace z ovladače lůžka	NEVYPLŇOVAT
systém konstantě nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód	NEVYPLŇOVAT
automatické přepnutí z módu maximálního nafouknutí do 30 minut	NEVYPLŇOVAT
provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti	NEVYPLŇOVAT
nosnost matrace minimálně 250 kg	250 KG

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
(B) Lůžko pro akutní péči nadstandardní s matrací pasivní (1 kus)	
(B1) Lůžko pro akutní péči nadstandardní (1 kus)	
lůžko elektricky polohovatelné 4dílné	NEVYPLŇOVAT
lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52	NEVYPLŇOVAT
stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	NEVYPLŇOVAT
vnější rozměr lůžka maximálně 100 x 225 cm	99,5x 223,3
rozměry ložné plochy minimálně 90 x 200 cm	90x200
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	250 kg
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 až 75 cm	39,5-77,5
čtyřdílná ložná plocha (zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů)	NEVYPLŇOVAT
ložná plocha se systémem snížení tlakových a střižných sil při polohování	NEVYPLŇOVAT
ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci	NEVYPLŇOVAT
vizuální indikace nejnižší polohy lůžka	NEVYPLŇOVAT
automatické nastavení zádového dílu do 30°	ANO, 30°
integrované prodloužení lůžka minimálně o 20 cm	32 CM
náklon do TR a ATR polohy minimálně o 15° pomocí elektromotoru	±16°
snadno dostupné mechanické spuštění zádového dílu (CPR)	NEVYPLŇOVAT
odnímatelná čela, celoplastová s pojistkou proti náhodnému spuštění a barevnou výplní v různých dekorech	NEVYPLŇOVAT
integrované dělené sklopné plastové postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem	NEVYPLŇOVAT
sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	NEVYPLŇOVAT
v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	NEVYPLŇOVAT
kolečka s centrálním ovládním brzd (průměr koleček min. 150 mm)	150 MM
univerzální lišty a držáky na příslušenství	NEVYPLŇOVAT
držáky na infuzní stojan a hrazdu	NEVYPLŇOVAT
ochranná kolečka v rozích lůžka	NEVYPLŇOVAT

zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO
potenciálové propojení	NEVYPLŇOVAT
příslušenství: infuzní stojan hrazda s madlem držák močové lahve	NEVYPLŇOVAT
(B2) Matrace pasivní (1 kus)	
matrace určená pro použití ve zdravotnictví pro prevenci pacientů do 3. stupně rizika vzniku dekubitů	NEVYPLŇOVAT
po celém povrchu matrace budou příčné prořezy (prořezy jsou zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta)	NEVYPLŇOVAT
pasivní antidekubitní matrace nesmí přesáhnout vnitřní prostor lůžka	NEVYPLŇOVAT
na spodní straně matrace budou v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nimž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka	NEVYPLŇOVAT
matrace bude vyrobena ze dvou typů pěn o různých vlastnostech: 1. horní vrstva bude studená polyuretanová pěna o hustotě min. 50 kg/m ³ , odporu pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m ²	ANO hustota 50 kg/m³ odpor 3,6 kg/m²
2. spodní vrstva bude z polyuretanové pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ , odporu pěny proti stlačení je max. 3,9 kg/m ²	ANO hustota 41 kg/m³ odpor 3,9 kg/m²
3. nehořlavost obou pěn bude min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
matrace musí být vybavena transportními úchyty	NEVYPLŇOVAT
potah matrace bude pratelný, voděodolný (výška vodního sloupce min. 200 cm), zip bude po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení	ANO, krytý zip po celém obvodu, výška vodního sloupce >200 cm
potah bude se svařovaných spojů, použitá textilie musí být čtyř směrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a bude obsahovat antibakteriální přísadu	NEVYPLŇOVAT
nehořlavost horní strany potahu bude min. CRIB 7	ANO, CRIB 7
nehořlavost boční a spodní strany potahu bude min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
výška matrace bude min. 14 cm	14 CM
nosnost matrace min. 200 kg	200 KG

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
(C) Lůžko pro akutní péči standardní s matrací pasivní (62 kusů)	
(C1) Lůžko pro akutní péči standardní (62 kusů)	
lůžko elektricky polohovatelné 4dílné	NEVYPLŇOVAT
lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52	NEVYPLŇOVAT
vnější rozměr lůžka maximálně 100 x 220 cm	NEVYPLŇOVAT
rozměry ložné plochy minimálně 90 x 200 cm	90x200 cm
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	250 kg
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 až 75 cm	37-73,5 CM
čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu	NEVYPLŇOVAT
ergonomické polohování ložné plochy se systémem snížení tlakových a střížných sil při polohování	NEVYPLŇOVAT
odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech	NEVYPLŇOVAT
integrované dělené plastové postranice boční s ergonomickým ovládáním a s pojistkou proti náhodnému spuštění	NEVYPLŇOVAT
boční postranice krátká hlavová, střední s pojistkou proti náhodnému spuštění	NEVYPLŇOVAT
postranice ergonomicky tvarované (slouží jako podpora pacientů při vstávání)	NEVYPLŇOVAT
náklon do TR a ATR polohy minimálně o 15° pomocí elektromotoru	±15°
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha)	NEVYPLŇOVAT
podsvícený patientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu se svítlnou	NEVYPLŇOVAT
alarm nezabrzděného lůžka	NEVYPLŇOVAT
kolečka s centrálním ovládáním brzd (průměr koleček min. 150 mm)	150 MM
lišta s držáky na příslušenství na močové sáčky	NEVYPLŇOVAT
držáky na infuzní stojan a hrazdu	NEVYPLŇOVAT
ochranná kolečka v rozích lůžka	NEVYPLŇOVAT
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životností	ANO

ochrana elektromotorů proti přetížení	NEVYPLŇOVAT
potenciálové propojení	NEVYPLŇOVAT
příslušenství: infuzní stojan hrazda s madlem držák močové lahve	NEVYPLŇOVAT
(C2) Matrace pasivní (62 kusů)	
matrace určená pro použití ve zdravotnictví pro prevenci pacientů do 3. stupně rizika vzniku dekubitů	NEVYPLŇOVAT
po celém povrchu matrace budou příčné prořezy (prořezy jsou zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta)	NEVYPLŇOVAT
pasivní antidekubitní matrace nesmí přesáhnout vnitřní prostor lůžka	NEVYPLŇOVAT
na spodní straně matrace budou v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nimž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka	NEVYPLŇOVAT
matrace bude vyrobena ze dvou typů pěn o různých vlastnostech: 1. horní vrstva bude studená polyuretanová pěna o hustotě min. 50 kg/m ³ , odporu pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m ²	ANO hustota 50 kg/m³ odpor 3,6 kg/m²
2. spodní vrstva bude z polyuretanové pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ , odporu pěny proti stlačení je max. 3,9 kg/m ²	ANO hustota 41 kg/m³ odpor 3,9 kg/m²
3. nehořlavost obou pěn bude min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
matrace musí být vybavena transportními úchyty	NEVYPLŇOVAT
potah matrace bude pratelný, voděodolný (výška vodního sloupce min. 200 cm), zip bude po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení	ANO, krytý zip po celém obvodu, výška vodního sloupce >200 cm
potah bude se svařovaných spojů, použitá textilie musí být čtyř směrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a bude obsahovat antibakteriální přísadu	NEVYPLŇOVAT
nehořlavost horní strany potahu bude min. CRIB 7	ANO, CRIB 7
nehořlavost boční a spodní strany potahu bude min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
výška matrace bude min. 14 cm	14 CM
nosnost matrace min. 200 kg	200 KG

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
(D) Matrace aktivní (10 kusů)	
použití pro prevenci a léčbu 4. stupně dekubitu	NEVYPLŇOVAT
řízená pulzace	NEVYPLŇOVAT
pulzní systém pro léčbu vysokého stupně dekubitu, samonosná s držákem na lůžko	NEVYPLŇOVAT
elektronická kontrola veškerých funkcí systému	NEVYPLŇOVAT
vodotěsný, paropropustný povlak a snímatelný ze čtyř stran	NEVYPLŇOVAT
přípevnitelná k rámu postele	NEVYPLŇOVAT
automatická regulace dle váhy pacienta min. od 30 kg do 250 kg	ANO, 30–255 KG
systém střídání tlaků v celách min. 3:1	ANO, 3:1
pronační poloha (možnost individuálního ovládání cel v hlavové části)	NEVYPLŇOVAT
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování	NEVYPLŇOVAT

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
(E) Stolek k lůžku s jídelní deskou (64 kusů)	
oboustranně přístupný patientský stolek	NEVYPLŇOVAT
korpus kovový, lakovaný	NEVYPLŇOVAT
integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny s automatickou aretací	NEVYPLŇOVAT
jídelní deska umožňuje náklon	NEVYPLŇOVAT
zásuvky (lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky)	NEVYPLŇOVAT
malá horní zásuvka uzamykatelná	NEVYPLŇOVAT
velká spodní skříňka s držákem na PET lahve o objemu 1,5 litrů	NEVYPLŇOVAT
odkládací plocha mezi horním (zásuvka) a dolním (skříňka) úložným prostorem, tzv. nika	NEVYPLŇOVAT
průměr koleček min. 75 mm (min. dvě kolečka samostatně brzditelná do kříže)	75 mm, 2 s brzdou

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
<i>(F) Jídelní stolek pojízdný (15 kusů)</i>	
výška jídelní desky v rozsahu 70 až 100 cm pomocí posilovací pístitnice s automatickou aretací	NEVYPLŇOVAT
rozměr jídelní desky 45 x 95 cm (tolerance od vnějších rozměrů ± 10%)	45X96 CM
jídelní deska z HPL nebo plast (NE lamino)	NEVYPLŇOVAT
náклон jídelní desky do min. 5 poloh s aretací	5 POLOH
nosnost jídelní desky min. 30 kg	30 KG
průměr koleček min. 50 mm (min. dvě kolečka samostatně brzditelná do kříže)	50 mm, 2 s brzdou

Souhrnná tabulka

Lůžka, matrace a stolky		Interní oddělení		Celkový počet
		INT	INT-JIP	
(A)	<i>Lůžko resuscitační s matrací</i>	0	2	2
(B)	<i>Lůžko pro akutní péči nadstandardní s matrací</i>	0	1	1
(C)	<i>Lůžko pro akutní péči standardní s matrací</i>	62	0	62
(D)	<i>Matrace aktivní</i>	8	2	10
(E)	<i>Stolek k lůžku s jídelní deskou</i>	62	2	64
(F)	<i>Jídelní stolek pojízdný</i>	11	4	15