

„Zlepšení nemocniční paliativní péče transformací lůžek na G a NP v Thomayerově nemocnici (vybavení GaNP)“

Část a)	Lůžko nemocniční - 7ks
----------------	-------------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: *není požadována*

3. Maximální nabídková cena: *280.000,- Kč včetně DPH*

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Eleganza 1 – výrobce LINET spol. s r.o.

	Uchazečem nabízená hodnota
Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. EN 60601-2-52 v platném znění	splňuje – viz. Prohlášení o shodě
2. Rozměry ložné plochy min. 200 cm x min. 88 cm	splňuje, 200 x 90 cm – viz. Návod na obsluhu str. 67
3. Uživatelské prodloužení - zkrácení lůžka min. o 15 cm	splňuje, 15 cm – viz. Návod na obsluhu str. 67
4. Průjezdnost lůžkem zárubněmi 110 cm dveří	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 67
5. Pojízdné lůžko min. 4 kolečka s brzdou, průměr min. 125 mm,	splňuje, 125 mm – viz. Návod na obsluhu str. 67
6. Centrální ovládání brzdy koleček	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 68
7. Max. hmotnost pacienta min. 180kg	splňuje, 185 kg – viz. Návod na obsluhu str. 68
8. Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 250 kg	splňuje, 250 kg – viz. Návod na obsluhu str. 68
9. Elektricky nastavitelný náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 67
10. Mechanické odblokování zádového dílu (CPR)	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 44
11. Min. 4 – dílná ložná plocha	splňuje, 4 – dílná ložná plocha – viz. Katalog str. 19
12. Automatický odsun zádového a stehenního dílu – dvojitá autoregrese	splňuje – viz. Katalog str. 5
13. Odnímatelné plastové díly ložné plochy	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 22
14. Dvojdílné sklopné postranice v délce cca ¾ lůžka (naklápění dvojdílných postranic s příslušným zádovým či stehenním dílem)	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 26
15. Svislé sklápění postranic	splňuje – viz. Katalog str. 4
16. Postranice - protektor do nohou pacienta (do zbývající délky lůžka)	splňuje – viz. Katalog str. 6
17. Čela odnímatelná plastová s aretací	splňuje – viz. Katalog str. 18
18. Nárazová ochranná kolečka v rozích postele	splňuje – viz. Katalog str. 18

19. Elektricky nastavitelná výška v rozmezí od min. 40 cm do min. 70 cm od podlahy	splňuje, 37 – 73,5 cm – viz. Návod na obsluhu str. 67
20. Elektrické polohování min. zádového a nožního dílu	splňuje – viz. Katalog str. 19
21. Pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění	splňuje – viz. Katalog str. 7
22. Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění, s blokační funkcí, s naprogramovanou funkcí CPR	splňuje – viz. Katalog str. 11
23. Min. 2 háčky pro drobné příslušenství	splňuje – viz. Katalog str. 5
24. Barva lůžka – předložení a výběr uživatele ze vzorníku barev předloženého s nabídkou, prosím přiložte k nabídce	Splňuje – viz. Vzorník dekorů
25. Záložní baterie	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 32

Část b)	Stojany infuzní
---------	-----------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: je požadována s částí a)

3. Maximální nabídková cena: 10.000,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Infuzní stojan – výrobce LINET spol. s r.o.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. infuzní stojan 7ks	splňuje – viz- Příloha č. 2 kupní smlouvy
2. přenositelný mezi nemocničními lůžky - do držáku (rámu) nemocničního lůžka	splňuje
3. provedení nerez	splňuje
4. teleskopický	splňuje

Část c)	Protektory postranic lůžek
---------	----------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: je požadována s částí a)

3. Maximální nabídková cena: 20.000,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Protektor – výrobce LINET spol. s r.o.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. 14ks postranice (7 párů) - protektoru do nohou pacienta (do zbývajících délek lůžka)	Splňuje – viz- Příloha č. 2 kupní smlouvy
2. přenositelné mezi nemocničními lůžky	splňuje
3. odnímatelné personálem – bez servisního zásahu	splňuje

Část d)	Napřimovací hrazdy
----------------	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: je požadována s částí a)

3. Maximální nabídková cena: 8.300,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Hrazda – výrobce LINET spol. s r.o.

	Uchazečem nabízená hodnota
Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. napřimovací hrazda 7 ks pro pacienta	splňuje – viz- Příloha č. 2 kupní smlouvy
2. min. nosnost hrazdy 250kg – zatížení pacientem (upřesnění od zadavatele - min. nosnost hrazdy 70kg – zatížení pacientem, pro nemocniční lůžka s bezpečnou pracovní zátěží 250kg)	splňuje, 75 kg – viz. Návod na obsluhu k lůžku Eleganza 1, str. 51
3. přenositelný mezi nemocničními lůžky - do držáku (rámu) nemocničního lůžka	splňuje

Část e)	Rukojeti – držadla s popruhy
----------------	-------------------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: je požadována s částí d)

3. Maximální nabídková cena: 1.700,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Rukojeť – výrobce LINET spol. s r.o.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. 7ks rukojeť včetně popruhů	splňuje – viz- Příloha č. 2 kupní smlouvy
2. omyvatelné plastové provedení	splňuje
3. výškově nastavitelné popruhy	splňuje

Část f)	Matrace pasivní
----------------	------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: je požadována s částí a)

3. Maximální nabídková cena: 60.000,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): PrimaCare20 – výrobce LINET spol. s r.o.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Pasivní antidekubitní matrace 7ks	splňuje – viz- Příloha č. 2 kupní smlouvy
2. prevence a léčba proleženin min. II. stupně (jádro ze studené PUR pěny s hustotou min. 50kg/m ³ v krycí vrstvě min 1/3 výška matrace)	splňuje, III. Stupeň, hustota 50 kg/m ³ , krycí vrstva 1/3 výška matrace
3. omyvatelný potah desinfekcí	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 16

Část g)	Matrace antidekubitární
----------------	--------------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: *není požadována*

3. Maximální nabídková cena: *20.000,- Kč včetně DPH*

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): AS1 – výrobce SORAL & HANZLÍK Medical s.r.o.

	Uchazečem nabízená hodnota
Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. aktivní antidekubitní podložka 7ks	splňuje – viz- Příloha č. 2 kupní smlouvy
2. prevence 1. stupně dekubitů	splňuje – viz. Katalog
3. tvar vzduchových komor bublinový - zadavatel nepřipouští příčné válce	splňuje – viz. Katalog
4. rozměr 200x 90 cm	splňuje, 200 x 90 cm – viz. Katalog
5. výška podložky 7 cm	splňuje, 6,5 cm – v toleranci – viz. Katalog
6. bezpečná pracovní zátěž (hmotnost pacienta) min. 120kg	splňuje, 120 kg – viz. Katalog
7. omyvatelný povrch	splňuje – viz. Katalog
8. kompresor o výkonu min 5l/min. • zapuštěné připojení vzduchových hadic do krytu přístroje, • nastavitelný tlak vzduchu a pracovním cyklem 5-10 minut	splňuje, pracovní cyklus 9 minut

Část h)	Noční stolek s napřimovací hrazdou
---------	------------------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: není požadována

3. Maximální nabídková cena: 100.000,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Eleganza Classic – výrobce LINET spol. s r.o.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. 7ks pojízdný, oboustranný noční stolek s výklopnou deskou – zelený	splňuje – viz- Příloha č. 2 kupní smlouvy
2. omyvatelný desinfekcí (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)	splňuje – viz. Návod na obsluhu str. 12
3. horní plocha s postranními lištami nebo zvýšenými okraji	splňuje – viz. Katalog
4. integrovaná jídelní deska s postranními lištami nebo zvýšenými okraji, plynule výškově stavitelná s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení/psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu	splňuje – viz. Katalog
5. kolečka o průměru 7cm a více, minimálně dvě kolečka s brzdou	splňuje, 7,5 cm, dvě kolečka s brzdou – viz. Katalog str. 2
6. provedení stolku – zásuvka, nika (neuzavřený prostor), skříňka s dvířky či zásuvkou	splňuje – viz. Katalog
7. zásuvky s ložiskovými výsuvy	splňuje – viz. Katalog
8. vyjímatelná vložka zásuvky a vnitřní polička skříňky	splňuje – viz. Katalog
9. držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu	splňuje – viz. Katalog