

### Eleganza 2 Technická specifikace postelí

Lůžko pro nemocniční péči pro standartní oddělení (akutní péče)  
Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl  
Mechanické nastavení: lýtkový díl  
Ložná plocha: 4 dílná  
Podvozek na sloupové konstrukci

#### **Základní vlastnosti**

MO:A Základní model: Eleganza 2  
CU:05 ložná plocha lůžka vybavená úchyty pro kurtovací pásy  
8 fixačních bodů (rozmístění: 2x zádový díl, 2x sedací díl, 2x stehenní díl, 2x lýtkový díl)  
CM:01 Barvy kovu: RAL9002 EA6542  
BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

#### **Kolečka, brzdy a podvozek**

CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko  
BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od  
nožní části  
FC00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů  
UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem  
UC:09 Kryt podvozku: 2 plastové kryty podvozku

#### **Postranice a čela**

SR:69 Dělené plastové postranice, Soft-Drop systém spouštění s tlumičem vybavené podsvícenými ovladači  
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy  
BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem  
BE:28 Čela - provedení: Odnímatelná plastová čela design E2 s barevnou výplní  
CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá  
AI:02 4 ks tekutinových sklonoměrů, sklonoměry v hlavové postranici jsou podsvícené se signalizací bezp.  
polohy  
MH:10 Integrované tlačítko mobiliftu do hlavové postranice

#### **Ochranné prvky a držáky**

BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka  
BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček  
LS:01 Polička na lůžkoviny  
AH:01 Držáky příslušenství: pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

#### **Elektrická zařízení a komunikace**

VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz  
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)  
PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením  
LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6  
PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu  
elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu  
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

#### **Ovládací prvky**

NC:25 Sesterský ovladač: ovladač je vybaven funkcí automatického zastavení zádového dílu ve 30°  
HC:00 Ruční ovladač: bez ručního ovladače  
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhraní

### **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**Hrazda** pro lůžka s pevným čelem (lakováno RAL9002) s šedou plastovou rukojetí k umístění na hrazdu

F

**Infuzní stojan teleskopický, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení (chromováno)**

## **MATRACE**

### **CLINICARE 30**

Dvojrvtvá pěna (spodní vrstva studená PUR a horní Visco s Clima™ funkcí), vyztužené boky z tužší pěny + voděodolný, paropropustný potah s 360° zipem, transportní úchyty. Antidekubitní dvovrvtvá matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství.

Maximální nosnost 230kg.

Rozměr (cm): 200 x 90 x 14

### **AKTIVNÍ SYSTÉM AIR2CARE**

Terapie s alternujícím tlakem (APT) technologie 2 cel; cyklus: 12 minut

Statický režim s možností nastavení tlaku

Transportní mód, funkce CPR

Konstrukce spojených cel, postranní vzduchové cely

Alternující dynamický sedák pro 24 hodinovou péči

Voděodolný, paropropustný, pružný horní potah, 360°zip, pevný spodní potah

Matrace Overlay (jednoduchá vzduchová vrstva): rozměry 200 x 86 x 9,3 cm, max.nosnost 180 kg

Matrace Replacement (horní vzduchová vrstva, spodní pěnová vrstva): rozměry 200 x 86 x 17 cm, max.nosnost 200 kg

F

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 163

<b>Datum zápisu:</b>	3. září 1990
<b>Spisová značka:</b>	C 163 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	L I N E T spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slaný - Želevčice čp. 5
<b>Identifikační číslo:</b>	005 07 814
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona péče o dítě do tří let věku v denním režimu poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	Ing. ZBYNĚK FROLÍK, dat. nar. 26. prosince 1953 U Hvězdárny 143, 274 01 Slaný Den vzniku funkce: 3. září 1990
<b>jednatel:</b>	JAN HORÁK, dat. nar. 6. ledna 1972 č.p. 4, 266 01 Koněprusy Den vzniku funkce: 3. listopadu 2011
<b>jednatel:</b>	Ing. TOMÁŠ KOLÁŘ, dat. nar. 23. června 1971 U Hvězdárny 144, 274 01 Slaný Den vzniku funkce: 3. listopadu 2011
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost má tři jednatele. Pokud je ustanoven pouze jeden jednatel, pak zastupuje společnost a za ní podepisuje samostatně. Je-li ustanoveno více jednatelů, pak je společnost navenek zastupována dvěma jednately.
<b>Prokura:</b>	Ing. PAVEL CHÝŇAVA, dat. nar. 7. března 1971 Jahodová 1863, 289 22 Lysá nad Labem Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti společnosti. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Bude-li prokura udělena více osobám, budou prokuristé zastupovat společnost a podepisovat se za ni vždy dva prokuristé společně a to tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svoje podpisy.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	LINET Group SE Dordrecht, Amstelwijckweg 2 C, Nizozemské království Registrační číslo: 53149629
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 50 000 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 100%
<b>Základní kapitál:</b>	50 000 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.  
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech  
Počet členů statutárního orgánu: 3

F

**veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **38048/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Štancová Zuzana**

**Ve Slaném dne 29.08. 2016**

Podpis .....<sup>LI</sup>.....



F