

**Příloha č. 1**

**Technická specifikace**

dle odstavce 3.4. kupní smlouvy ze dne \_\_\_\_\_ 2018

**Pacientský zvedák - technická specifikace:**

- Celoelektrické provedení.
- Celokovová konstrukce (tělo zvedáku, podvozek, nosná tyč, závěsná hrazda).
- Závěsné háky na vak s pojistkou.
- Hmotnost do 45 kg.
- Možnost zvedání pacienta ze země.
- Dálkový ovladač zdvihu.
- Dvě baterie, možnost napájení baterie mimo zvedák.
- Nouzové spuštění mechanické i elektrické.
- Dvě nášlapné brzdy.
- Závěsy pro horizontální i vertikální polohování pacienta ve voděodolném provedení.
- Zvedací rychlost min. 3 cm/s
- Maximální zatížení (minimálně však 200 kg)

Skladové číslo	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena za j. s DPH
	Zvedák elektrický CARLO Classic 230	1ks	90 938,00	90 938,00	15%	104 578,70
	Náhradní baterie ke zvedáku CARLO - BAJ	1ks	2 500,00	2 500,00	15%	2 875,00
705270	Závěs Universal Deluxe Mesh s operou hlavy a poutky, vel. L	1ks	6 800,00	6 800,00	15 %	7 820,00
705238	Závěs ERGOFIT HYGIENIC LARGE	1ks	6 500,00	6 500,00	15 %	7 475,00

**Kupující:**

**Prodávající:**

V Prachaticích dne 16.5. 2018

V Brně dne 14.5. 2018

.....  
Ing. Michal Čarvaš, MBA  
předseda představenstva  
Nemocnice Prachatice, a.s.

.....  
Alpis Audy  
statutární orgán společnosti  
AUDY s.r.o.

NEMOCNICE  
PRACHATICE  
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.  
IČO: 00544426  
DiC: CZ00544426  
Živného 1A, 635 00 Brno, http://www.audy.cz  
sídliště Brno-Bystrc, tel.: 611 114 900

.....  
MUDr. František Stráský  
člen představenstva  
Nemocnice Prachatice, a.s.

**AUDY** s.r.o.  
IČO: 00544426 DiC: CZ00544426  
Živného 1A, 635 00 Brno, http://www.audy.cz  
sídliště Brno-Bystrc, tel.: 611 114 900