



Příloha č. 1

Technická specifikace

dle odstavce 3.4. kupní smlouvy ze dne _____ 2018

1. **vířivá vana pro dolní končetiny**

BTL-3000 Tenea 20 verze s displejem

- Vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin
- Tvar umožňující dvě polohy pacienta – k sezení i stání s možností cvičení DK
- Celoakrylátový skelet s antibakteriálním povrchem
- Ergonomický design
- Nízká spotřeba vody, užitečný objem 70 litrů (kotníky nebo 140 litrů (kotníky + kolena)
- 2 nezávislé hydromasážní zóny
- 12 hydromasážních trysek vířivé lázně s při-vzdušněním a regulací vzduchu
- Regulace intenzity hydromasáže
- Kontinuální a pulzní režim vířivé lázně
- LED displej s nastavením času terapie, zobrazení teploty vody
- Automatické napouštění vody, možnost napouštění pouze spodní sekce
- 2 hladinová čidla
- Elektronické ovládání s LED displejem
- Oplachová sprcha, digitální termostat

Rozměry: (v x š x h) 880 x 693 x 1430 mm

Další doplňky: schůdek dvoustupňový, vnější podsvícení vany (modré)

2. **vířivá vana na horní končetiny**

BTL-3000 Cornea 20 verze s displejem

- Vana určená pro vířivou lázeň horních končetin
- Akrylátový antibakteriální povrch
- Ergonomický design
- Nízká spotřeba vody - užitečný objem 25 litrů
- 10 hydromasážních trysek s při-vzdušněním a regulací vzduchu
- regulace intenzity hydromasáže
- LED displej s elektronickým ovládáním a s nastavením času terapie
- Zobrazení teploty vody
- Automatické napouštění vody
- Kontinuální, sinusový a pulzní režim hydromasáže
- Hladinové čidlo
- Oplachová sprcha, směšovací baterie

Rozměr (v x š x h) 950 x 935 x 695 mm



3. celotělová vana pro kombinaci vířivé, perličkové a podvodní masáže

Kappa 20

- Celotělová vana s vyšším objemem vody vhodná i pro podvodní masáže
- Vana vyrobena z celo-probarveného akrylátu
- Antibakteriální povrch.
- 4 nezávislé okruhy (zóny) vířivé masáže
- Celkem 32 vodních trysek/mikrotrysek
- Perličková masáž – celkem 210 vzduchových otvorů s regulací vzduchové masáže
- Podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru s přísáváním vzduchu
- Pročištění hydromasážního systému
- Elektronické ovládání s časovačem
- Regulace intenzity vířivé masáže – pulzní, kontinuální i sinusový režim
- Opěrná madla
- Ovládání odpadu na ovládacím pultu
- Trysky pro zádivou oblast ve dvou sloupcích
- Užitečný obsah vany 375 lt.
- Ukazatel teploty - teploměr
- Oplachová sprcha
- Hladinové čidlo - automatické napouštění vany s kontrolním systémem
- El. Napájení vany – 230V / 50 Hz

Další doplňky: podhlavník (hlavová opěrka), vnější podsvícení vany (modrá), dvoustupňový schůdek

Kupující:

V Prachaticích dne 12.5. 2018

Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Prachatice, a.s.

MUDr. František Stráský
člen představenstva
Nemocnice Prachatice, a.s.

NEMOCNICE
PRACHATICE
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice

Prodávající:

V Praze dne 9.5. 2018

zdravotnická technika
BTL zdravotnická technika, a.s.
162 00 Praha 6, Šanrochova 16
Tel/Fax 236 363 636 | 236 361 392
Účet 476 546 723/0300 | www.bt.cz
prokurista IČO 26684143 | DIČ CZ26684143
BTL zdravotnická technika, a.s.