



TECTRA a. s.

Domkovská 2342/43, 193 00 Praha 9 ☎ tel.: +420 281 921 650 ✉ tectra@tectra.cz, www.tectra.cz
IČ: 14892316, DIČ: CZ14892316, TECTRA a.s. je zapsána v OR vedeném u MS Praha, odd. B, vložka 704

Český metrologický institut
xxxxxxx
vedoucí referátu správy majetku
Okružní 31
638 00 Brno

Tel.:
E-mail:

O/Ref Ing. Šťastný, zera

Y/Ref: VŘ Měřicí most na ověřování
měřicích transformátorů proudu

Praha, 26.9.2018

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše přístroje a zasíláme Vám následující nabídku:

Nabídka č. 18092531

Počet listů 2

Bod ks Popis

1 1 **Most ZERA Current Transformer Measuring Unit WM3000I**

Nabídka TECTRA a. s. splňuje požadované funkce a technické parametry zařízení:

- Kalibrace konvenčních a elektronických měřicích transformátorů proudu a Rogowského cívek		
Parametr	Vstup N	Vstup X
Rozsah vstupních proudů	min. 1 mA až 15 A	min. 1 mA až 15 A
Vstupní impedance	< 5 mΩ	< 5 mΩ
Nejistota měření chyby proudu	max. 100 ppm (pro konvenční měřicí transformátory proudu) max. 100 ppm (pro nekonvenční měřicí transformátory proudu a Rogowského cívk)	
Nejistota měření chyby úhlu	max. 0,2 min (pro konvenční měřicí transformátory proudu) max. 1,1 min (pro nekonvenční měřicí transformátory proudu a Rogowského cívk)	
Napájení	230 V / 50 Hz	

2.1 1 Software pro pozici 1

CheckCon 3 light

v ceně

Supports the Testing of Instrument transformers (PTs and CTs)
in manual Operation mode.

Celková cena bez v Kč DPH

567 182

Podmínky

Včetně cla, bez DPH

Dodávka

Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5

Platba

Splatnost faktury 21 dní

Balení

včetně obalu

Pojištění

včetně pojištění

Záruka

12 měsíců

Servis

TECTRA a.s. Praha

Dodací lhůta

do 10 týdnů od podpisu smlouvy

Bude nás těšit, když nám svěříte Vaši objednávku

za TECTRA a.s.
Ing. Zbyněk Sommer