

Část C)	Přístroj pro vyšetření otoakustických emisí
----------------	---

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: *není požadována*

3. Maximální nabídková cena: *350.000,- Kč včetně DPH*

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Titan

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry		<i>Uchazečem nabízená hodnota</i> (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1)	Přenosný přístroj pro klinické vyšetření otoakustických emisí	<i>splňuje*</i>
2)	Dva nezávislé moduly pro analýzu DPOA a TEOAE	<i>splňuje*</i>
3)	Vestavěný indikátor šumu signálu	<i>splňuje*</i>
4)	Automatický test na správnost zavedení sond do zvukovodu	<i>splňuje*</i>
5)	Použití pro novorozence i dospělé	<i>splňuje*</i>
6)	Diagnostické vyšetření ABR (BERA)	<i>splňuje*</i>
7)	Vnitřní paměť pro min. 500 vyšetření	<i>splňuje*</i>
8)	Barevný displej	<i>splňuje*</i>
9)	Komunikace v ČJ	<i>splňuje*</i>
10)	Výstup USB	<i>splňuje*</i>
11)	Přenos dat do programu NOAH	<i>splňuje*</i>
12)	Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 5 hodin práce	<i>splňuje*</i>

*) Viz webové stránky výrobce www.interacoustics.com/support/titan dokument „Data sheet for Titan“ str. 3-9.