

OBJEDNÁVKA - urgentní oprava

Odběratel : Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňská 929
339 01 Klatovy

IČ : 26360527

DIČ : CZ26360527

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B., vložka 1070.
Den zápisu 14. 8. 2003.

Řada dokladu : 990

Číslo dokladu : 200539

Sklad : 070.00080

Telefon :

Fax :

E-mail :

Dodavatel : Medisolve Medical Solutions s.r.o.

Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6

IČ : 27428095

DIČ : CZ27428095

řádek č.	Označení	Popis	Výrobní číslo	Oddělení
1	01191	RTG skiagrafiyký přístroj PHILIPS Digital Diagnost TH/VS/CS	11000576 Optimus:11007587	RTG-ort.ambul.

objednáváme urgentní opravu na rtg - ortopedie , philips digital diagnost v.č. 11000576, přístroj nepustí expozici, hlásí :
call service - x - ray generator error! exposure failure! check exposure settings end AEC chambre position.

Na základě Zákona č.340/2015 Vás žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky s uvedením předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Klatovská nemocnice a.s.
p. Kislinger

Dne: 11.9.2018

Nabídka 201806 :

Popis / kód. č.	Množství	Cena/Ks	DPH 21%	Cena celkem Kč s DPH
SRO 33100 ROT 360 989000086102	1	364.070- Kč	76.454,70 Kč	440.524,70 Kč

16 -10- 2018

Souhlas