

<b>DZ1817 - Lůžko nemocniční 10ks</b>
---------------------------------------

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Kompatibilita:** není požadována

**3. Specifikace:**

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Lůžko Eleganza 1 – výrobce LINET spol. s r.o..*

	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b>
Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje</b> , <b>zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)
<i>(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)</i>	
1. EN 60601-2-52 v platném znění	splňuje – viz. Prohlášení o shodě
2. Rozměry ložné plochy min. 200 cm x min. 88 cm	splňuje, 200 x 90 cm – viz. Návod na obsluhu, str. 67
3. Uživatelské prodloužení - zkrácení lůžka min. o 15 cm	splňuje, 15 cm – viz. Návod na obsluhu, str. 67
4. Průjezdnost lůžkem zárubněmi 110 cm dveří	splňuje – viz. Návod na obsluhu, str. 67
5. Pojízdné lůžko min. 4 kolečka s brzdou, průměr min. 125 mm,	splňuje, 125 mm – viz. Návod na obsluhu, str. 67
6. Centrální ovládání brzdy koleček	splňuje – viz. Návod na obsluhu, str. 68
7. Max. hmotnost pacienta min. 180kg	splňuje, 185 kg – viz. Návod na obsluhu, str. 68
8. Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 250 kg	splňuje, 250 kg – viz. Návod na obsluhu, str. 68
9. Elektricky nastavitelný náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenbugovy polohy	splňuje – viz. Návod na obsluhu, str. 67
10. Mechanické odblokování zádového dílu (CPR)	splňuje – viz. Návod na obsluhu, str. 44
11. Min. 4 – dílná ložná plocha	splňuje, 4-dílná ložná plocha – viz. Katalog, str. 19
12. Automatický odsun zádového a stehenního dílu – dvojitá autoregrese	splňuje – viz. Katalog, str. 5
13. Odnímatelné plastové díly ložné plochy	splňuje – viz. Návod na obsluhu, str. 22
14. Dvojdílné sklopné postranice v délce cca ¾ lůžka (naklápění dvojdílných postranic s příslušným zádovým či stehenním dílem)	splňuje – viz. Návod na obsluhu, str. 26
15. Svislé sklápění postranic	splňuje – viz. Katalog, str. 4
16. Postranice - protektor do nohou pacienta (do zbývajících délek lůžka)	splňuje – viz. Katalog, str. 6
17. Čela odnímatelná plastová s aretací	splňuje – viz. Katalog, str. 18
18. Nárazová ochranná kolečka v rozích postele	splňuje – viz. Katalog, str. 18
19. Elektricky nastavitelná výška v rozmezí od min. 40 cm do min. 70 cm od podlahy	splňuje, 37 – 73,5 cm – viz. Návod na obsluhu, str. 67
20. Elektrické polohování min. zádového a nožního dílu	splňuje – viz. Katalog, str. 19
21. Pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění	splňuje – viz. Katalog, str. 7
22. Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění, s blokací funkcí, s naprogramovanou funkcí CPR	splňuje – viz. Katalog, str. 11

23. Min. 2 háčky pro drobné příslušenství	splňuje – viz. Katalog, str. 5
24. Barva lůžka – předložení a výběr uživatele ze vzorníku barev předloženého s nabídkou, prosím přiložte k nabídce	splňuje – viz. Vzorník dekorů
25. Záložní baterie	splňuje – viz. Návod na obsluhu, str. 32
26. Příslušenství ke každému 1ks lůžka – po 1 ks: <ul style="list-style-type: none"><li>• infuzní stojan teleskopický nerezový</li><li>• hrazda pro pacienta min. s hmotností viz bezpečná pracovní zátěž lůžka</li><li>• plastová rukojeť s nosností min. 70kg a se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná</li></ul>	splňuje – viz. Příloha č. 2 Kupní smlouvy