

Fw: Re: Objednávka

Odesílatel: [redacted] <[redacted]>
Příjemce: [redacted]

20/11/2018 14:27

Pěkně zdravím,
přeposílám potvrzení o provedení opravy videogastroskopu a videokolonoskopu.

Přeji hezký den.

[redacted]
Obchodní oddělení
Nemocnice Vyškov
517 315 [redacted], 517 315 [redacted]

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: [redacted]
Příjemce: [redacted]
Datum: 08/11/2018 12:01
Předmět: Re: Objednávka

Dobrý den, paní [redacted].

Děkuji Vám za schválení cenových návrhů opravy. Potvrzuji tímto objednávku opravy videogastroskopu GIF-Q165 s výrobním číslem 2006017 na základě cenového návrhu opravy číslo 50887866/8828-3 a videokolonoskopu CF-Q165L s výrobním číslem 2505233 na základě cenového návrhu opravy číslo 50880931/8779-3.

Dnešním dnem budou endoskopy odeslány technikům k opravě.

S pozdravem a přáním pohodového dne

Servis zdravotnické techniky

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., CLEN KONCERNU
Evropská 176/16
160 41 Praha 6
Česká republika

phone: +420 [redacted]
fax: +420 [redacted]
mailto: [redacted]
URL: <http://www.olympus.cz>

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 93921, ICO: 27068641

Jednatelé: Krešimir Draškovič, Jiří Batrla, Matthias Jakob

Prokuristé: Petr Blažek, Pavel Kasal, Ivo Lukeš, Jan Podlipný, Ondřej Typolt

Tato zpráva může obsahovat duverné a nebo služební informace. Pokud nebyla určena Vám nebo byla doručena omylem, sdělte ihned tuto skutečnost odesílateli a zprávu zničte. Jakékoliv neoprávněné kopírování, prozrazení nebo šíření obsahu této zprávy je přísně zakázáno.

Myslete na životní prostředí dřív, než zbytečně vytisknete tento e-mail.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly

forbidden.

Please think about the environment before printing out this e-mail.

From: [REDACTED]
To: "Olympus [REDACTED]"
Date: 08.11.2018 10:56
Subject: Objednávka

Dobrý den,
v příloze zasílám další objednávku dle Vašeho včerejšího upraveného cenového návrhu.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

[REDACTED]
Obchodní oddělení
Nemocnice Vyškov
517 315 [REDACTED], 517 315 [REDACTED]

[attachment "181108110734_0001.pdf" deleted by Lukas Miltener/CZ/Olympus-EU]

Odběratel:

Datum: 17.10.2018

Strana: 1 z 1

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov
IČ:00839205 DIČ: CZ00839205

Objednávka: 812-2018/325

IČO: 27068641

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED], zdrav. tech

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncern
Evropská 176
160 41 Praha - Praha 6

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

Fax:

email:

[REDACTED]

517 315

[REDACTED]

517 315

[REDACTED]

Předmět: oprava přístroje

Seznam zakázek k realizaci:

Zakázka: ZP17101

oprava přístroje

Útvar: 2381

Interna - ambulance příjmová

Zařízení: Videokolonoskop Olympus EXERA II

Inv.č: 96144


Výr.č:2505233

Dle Vašeho cenového návrhu č. 50880931/8779-3 objednááme opravu výše videokolonoskopu.

Popis závady: netěsnost hlavy, zhoršená manipulace při nasazování těsnící hlavy, chybí kolíček u el. konektoru.

Předpokládaná cena: 145.533,-- Kč vč. DPH.

Splatnost fa: 30 dní.



[REDACTED]
vedoucí obchodního oddělení

Číslo objednávky musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu, faktuře.

Na faktuře musí být rozepsány částky podle jednotlivých zakázkových čísel.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebude faktura[y] uhrazeny.

Nemocnice Vyškov, p. o. je zapsána 16. srpna 2003 do Obchod. rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258.