

„Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018
– Parní sterilizátor 1ks“

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: není požadována

3. Specifikace:

Předmětem nabídky je ((uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): BKM-Z45B Horizontální parní autokláv 45 ltr.s předním plněním

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Horizontální parní autokláv s předním plněním	splňuje
2. Obsah min. 45 l	splňuje
3. Vnitřní průměr/výška komory min. 310 mm	316 mm
4. Sterilizace nebalených dutých nástrojů, balených nástrojů	splňuje
5. Splnění vyhlášky MZ – BOWIE- DICK TEST, VAKUOVÝ TEST	splňuje
6. Materiál komory – nerezová ocel	splňuje
7. Časovač min. 1-90minut	0 – 99 min.
8. Plně automatizovaný provoz	splňuje
9. LCD displej	splňuje
10. Nastavení teploty min. v rozmezí 105-138°C	105 – 138 °C
11. Min. 4 programy – uživatelsky nastavitelné	splňuje
12. Elektromagneticky uzavíratelné víko s bezpečnostním zámkem	splňuje
13. Vestavěný zásobník na vodu bez nutnosti připojení na přívod	splňuje
14. Možnost připojení k PC	splňuje
15. Paměť na min. 100 cyklů	500 cyklů