

Příloha č. 1 rámcové smlouvy

**TABULKA TECHNICKÝCH PODMÍNEK**

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané formou otevřené výzvy s názvem

**Dodávky lahví na vodu pro laboratorní zvířata**

**EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY VZ 18/229 ÚMG**

**Zadavatel:** Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20  
**Popis předmětu plnění: lahve na vodu pro laboratorní zvířata**

Z důvodu velkého opotřebení stávajících lahví a zvýšení počtu chovných nádob používaných ve všech chovech laboratorních zvířat zadavatel plánuje pořízení nových lahví na vodu pro laboratorní zvířata pro oba své zvěřince.

Dodavatel TRIGON PLUS s.r.o. tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění má technické vlastnosti a splňuje technické parametry uvedené v článku 2 Smlouvy a v článku 3.4 Výzvy k veřejné zakázce s názvem „Dodávky lahví na vodu pro laboratorní zvířata“, když níže blíže specifikuje technické parametry jím nabízeného předmětu plnění:

<b>Výrobce:</b>	Tecniplast
-----------------	------------

**Technické parametry:**

<b>Popis parametru:</b>	<b>Splnění parametru:</b>	<b>Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:</b>
Rozměry 55 mm x 55 mm x 130 mm maximální možná odchylka rozměrů je stanovena na 1 %	ANO / NE	ANO, rozměry: 55 mm x 55 mm x 129 mm
objem lahve 250-300 ml čtvercový tvar láhve	ANO / NE	ANO, Objem lahve: stupnice do 260 ml, celkový objem 300 ml
vyznačení stupnice objemu vody na lahvi	ANO / NE	ANO
odolnost všech použitých materiálů předmětu plnění pro parní sterilizaci při teplotě 134°C	ANO / NE	ANO
odolnost vůči běžně používaným dezinfekčním a mycím látkám v provozech chovu laboratorních zvířat	ANO / NE	ANO
schopnost mýt předmět plnění v poloautomatické / automatické mycí lince jak kyselým mycím detergentem, tak kombinací kyselého a zásaditého detergentu	ANO / NE	ANO
kompatibilita s již existujícími mycími/transportními koši a poloautomatickou linkou na lahve zadavatele – uložení lahviček koše o rozměrech 57 x 57 x 140 mm – aretační mřížka ve výšce 115 mm	ANO / NE	ANO
předmět plnění má na hrdle silikonové těsnění pro nasazení a zafixování nerezového víčka (pítka) a při nasazení víčka z hrdla láhve neuniká voda	ANO / NE	ANO
předmět plnění je kompatibilní s rozměry nerezových víček (vnitřní průměr víčka 45 mm a výška 15 mm)	ANO / NE	ANO

Materiál PSU – polysulfon, silikonové těsnění hrdla	ANO / NE	ANO
-----------------------------------------------------	----------	-----

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a technické parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi ANO/NE odpověď „NE“), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena.

V Čestlicích dne	 Digitálně podepsal
	Datum: 2018.11.23 16:01:32 +01'00'